

## Część nr 5

Opis parametrów technicznych szyny do ćwiczeń biernych stawu skokowego			
<b>Pełna nazwa .....</b> <b>Rok produkcji - ..... typ. .... Kraj .....</b> <b>Producent/firma - .....</b>			
<b>Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.</b>			
LP.	Opis parametru	Wartość graniczna / wymagana	Oferowany parametr należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
1.	Aparat dla dorosłych i dzieci z zakresem wzrostu od 120 do 200 cm. zapewniający zgodność ruchu szyny z fizjologią zginania stawu	TAK	
2.	Sekwencyjne programy terapii, możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta	TAK	
3.	Ruchy wielopłaszczyznowe zsynchronizowane górnego i dolnego stawu skokowego	TAK	
4.	Regulacja wysokości i kąta pochylenia szyny, pozycji tydki oparcia stopy	TAK	
5.	Oparcie kończyny wykonane z tworzywa umożliwiającego dezynfekcję	TAK	
6.	Zastosowanie na kończynę lewą i prawą	TAK	
7.	Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku ruchu w dowolnym punkcie ustawionego zakresu	TAK	
8.	Automatyczne poszerzanie ruchu w wybranym kierunku zginania grzbietowego/ prostowania podeszwowego, inwersji/ ewersji	TAK	
9.	Zakres ruchu w stawie skokowym zginanie podeszwowe/ prostowanie grzbietowe co najmniej $50^{\circ} - 0^{\circ} - 40^{\circ}$	TAK	
10.	Zakres ruchu w stawie skokowym inwersja / ewersja co najmniej $40^{\circ} - 0^{\circ} - 20^{\circ}$	TAK	
11.	Program rozgrzewki – rozluźnienie spastyczności	TAK	
12.	Sekwencyjne programy terapii realizujące naprzemienne ruchy izolowane , powtarzane oscylacyjnie krańcowe zakresy ruchów	TAK	
13.	Programowania oraz kontrola wszystkich ustawień parametrów za pomocą pilota/panela sterującego	TAK	

	umożliwiającego blokadę przed przypadkową zmianą parametrów ćwiczeń		
14.	Karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta w ilości min 5 sztuk. Możliwość zapisywania danych na PC	TAK	

**Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.**

**Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.**

.....

(miejscowość i data )

.....

(pieczętka i podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)