

Część nr 6

Opis parametrów technicznych wanny do automatycznego hydromasażu strefowego			
<p>Pełna nazwa</p> <p>Rok produkcji - typ. Kraj</p> <p>Producent/firma -</p>			
<p>Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.</p>			
LP.	Opis parametru	Wartość graniczna / wymagana	Oferowany parametr należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
1.	Przeznaczona do przeprowadzania terapii z zakresu: masażu wirowego, masażu podwodnego, masażu perełkowego.	TAK	
2.	Wykonana z akrylu wysokiej jakości wzmocniana matami z włókna szklanego	TAK	
3.	Minimum 26 kierunkowych dysz do hydromasażu podzielone na min. 3 niezależne strefy obejmujące stopy, nogi i plecy z regulacją intensywności masażu	TAK	
4.	Minimum 120 dysz powietrznych do masażu perełkowego z regulacją intensywności	TAK	
5.	Regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla każdej strefy	TAK	
6.	Możliwość włączania i wyłączania ozonowania	TAK	
7.	Automatyczne napełnianie wanny	TAK	
8.	Kolorowy dotykowy panel sterujący	TAK	
9.	Pompa powietrza z ozonatorem	TAK	
10.	Blokada pracy pompy "na sucho"	TAK	
11.	System dezynfekcji i odkamieniania	TAK	
12.	System usuwania wody z całej instalacji wanny	TAK	
13.	Dwa czujniki temperatury wody wykonujące pomiar wody napełnianej i podczas zabiegu	TAK	
14.	Automatyczne utrzymywanie temperatury wody za pomocą grzałki zainstalowanej w wannie.	TAK	
15.	Minimum 2 czujniki poziomu wody w wannie	TAK	
16.	Regulowane stopki umożliwiające poziomowanie wanny	TAK	
17.	Wyposażenie dodatkowe: prysznic, zdejmowany zagłówek dla pacjenta, stopień z poręczą ułatwiającą wejście do wanny z powierzchnią antypoślizgową	TAK	

18.	Wymiary wanny : – max długość 215 cm – max szer. 90 cm – max wys. 85 cm	TAK	
19.	Ustawienie czasu zabiegu od min. 5 do 30 min.	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....

(miejscowość i data)

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)