

Część nr 8

Opis parametrów technicznych bieżni rehabilitacyjnej			
Pełna nazwa			
Rok produkcji - typ. Kraj			
Producent/firma -			
<p>Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).</p> <p>Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.</p>			
LP.	Opis parametru	Wartość graniczna / wymagana	Oferowany parametr należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
1.	Bieżnia rehabilitacyjna z pasem absorbującym wstrząsy	TAK	
2.	Panel sterujący zapewniający : szybki start, tworzenie własnych programów , min. 7 gotowych programów treningowych , automatyczne dostosowanie stopnia elewacji bieżni w celu utrzymania tętna na zaprogramowanym poziomie	TAK	
3.	Regulacja prędkości min. od 0,2 km/h do min 18 km/h Regulacja elewacji min. od -3° do $+12^{\circ}$	TAK	
4.	Bardzo wolny start – od 0,2 km/h	TAK	
5.	Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa	TAK	
6.	Przyciski szybkiej regulacji prędkości i wzniosu umieszczone w poręczach	TAK	
7.	Bieg wsteczny regulowany do min. 6 km/h	TAK	
8.	Pomiary: tętna, czasu, ilości obrotów RPM, kalorii, dystansu, wykonanej pracy METS	TAK	
9.	Przedłużone poręcze boczne	TAK	
10.	Obciążenie bieżni min. 180 kg	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

