

Część nr 11

Opis parametrów technicznych aparatu do masażu uciskowego			
Pełna nazwa			
Rok produkcji - typ. Kraj			
Producent/firma -			
<p>Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.</p>			
LP.	Opis parametru	Wartość graniczna / wymagana	Oferowany parametr należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
1.	Aparat do presoterapii i sekwencyjnego masażu limfatycznego, automatyczny drenaż limfatyczny	TAK	
2.	Aparat umożliwiający przeprowadzenie zabiegów masażu pneumatycznego dla kończyn górnych i dolnych	TAK	
3.	Stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego	TAK	
4.	Drenaż limfatyczny (min. 2 specjalne algorytmy), masaż klasyczny i rewersyjny, masaż pulsacyjny	TAK	
5.	Minimum 15 gotowych algorytmów zabiegowych z możliwością regulacji wszystkich parametrów masażu	TAK	
6.	Niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekta ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno	TAK	
7.	Automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu	TAK	
8.	Regulowane ciśnienie w komorach mankietu min. od 20 do 140 mmHg	TAK	
9.	Wydajność pompy min. 25 l / min. standardowy czas dopompowania komory około 3 s	TAK	
10.	Algorytm przeznaczony do drenażu limfatycznego, którego przebieg jest zgodny z techniką manualnego drenażu limfatycznego (MDL) wg E. Voddera	TAK	
11.	Awaryjne odsysanie umożliwiające szybkie i skuteczne opróżnienie komór mankietu uciskowego	TAK	
12.	Ekran „podpowiadający” każdy etap programowania parametrów zabiegu	TAK	
13.	Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu	TAK	
14.	12 komorowe mankiety na kończyny górne (prawy i lewy)	TAK	

15.	12 komorowe mankiety na kończyny dolne (prawy i lewy)	TAK	
16.	24 komorowa kurtka uciskowa	Tak	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....

(miejscowość i data)

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)