

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM – <u>jakość dla pakietu nr 1</u>	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)
<b>PAKIET NR 1 POZ 1. - RĘKAWICZKA WINYŁOWA BEZPUDROWA</b>	
Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 3,6 N). 3,6 – 3,99 N – 1 pkt. ≥ 4,0 N – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze
Długość rękawicy (minimum 240 mm) 240 - 244 mm – 1 pkt. ≥ 245mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze
Zakres grubości na palcu (minimum 0,07 mm) 0,07 - 0,099 mm – 1 pkt. ≥ 0,10 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze
Zakres grubości na dłoni (minimum 0,06 mm) 0,06 - 0,079 mm – 1 pkt. ≥ 0,08 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze
<b>PAKIET NR 1 POZ. 2 - RĘKAWICZKA NITRYŁOWA BEZPUDROWA</b>	
Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 7,5 N). 7,5 - 8,99 N – 1 pkt. ≥ 9,0 N – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze
Zakres grubości na palcu (minimum 0,08 mm) 0,08 - 0,119 mm – 1 pkt. ≥ 0,12 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze

<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,06 mm)  0,06 - 0,079 mm – 1 pkt.  ≥ 0,08 mm – 5 pkt</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>.....  podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p><b>PAKIET NR 1 POZ. 3 - RĘKAWICZKA LATEKSOWA BEZPUDROWA</b></p>	
<p>Zakres siły zrywu (przed starzeniem min 30 N).  30 - 32,99 N – 1 pkt.  ≥ 33,0 N – 5 pkt</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>.....  podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Długość rękawicy (minimum 290 mm)  290 - 299 mm – 1 pkt.  ≥ 300 mm – 5 pkt.</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>.....  podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na palcu (minimum 0,34 mm)  0,34 - 0,359 mm – 1 pkt.  ≥ 0,36 mm – 5 pkt</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>.....  podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,28 mm)  0,28 – 0,299 mm – 1 pkt.  ≥ 0,30 mm – 5 pkt</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>.....  podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Poziom protein (maksymalnie 30 µg/g)  30 - 15 µg/g – 1 pkt.  &lt; 15 µg/g – 5 pkt.</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>.....  podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p><b>PAKIET NR 1 POZ. 4 - RĘKAWICZKA NITRYLOWA BEZPUDROWA DŁUGA</b></p>	
<p>Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 8,5 N).  8,5 - 9,99 N – 1 pkt.  ≥ 10,0 N – 5 pkt.</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>.....  podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>

Długość rękawicy (minimum 290 mm) 290 - 299 mm – 1 pkt. ≥ 300 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	<p>.....</p> <p>podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
Zakres grubości na palcu (minimum 0,12 mm) 0,12 - 0,139 mm – 1 pkt. ≥ 0,14 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	<p>.....</p> <p>podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
Zakres grubości na dłoni (minimum 0,07 mm) 0,07 - 0,089 mm – 1 pkt. ≥ 0,09 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	<p>.....</p> <p>podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>

Oferent podaje wartość minimalną ocenianego parametru, spośród wszystkich wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów rękawic, natomiast przy ocenie zawartości protein należy podać wartość maksymalną spośród wszystkich wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów rękawic, zawartą w badaniu producenta nie starszym niż z 2018 roku.

Parametry podlegające ocenie obowiązkowo należy zakreślić w dołączonych dokumentach w widoczny sposób np. zakreślaczem.

.....  
data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  
Wykonawcy