

## Część nr 4

Opis parametrów technicznych szafki przyłóżkowej			
<b>Pełna nazwa</b> .....			
<b>Rok produkcji</b> - ..... <b>typ.</b> ..... <b>Kraj</b> .....			
<b>Producent/firma</b> - .....			
<b>Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.</b>			
LP.	Opis parametru	Wartość graniczna / wymagana	Oferowany parametr należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
1.	Szafka fabrycznie nowa	TAK	
2.	Rok produkcji z roku dostawy	TAK	
3.	Konstrukcja szafki z profili stalowych z blachy ocynkowanej lub aluminiowa malowana proszkowo farbami odpornymi na środki dezynfekcyjne. Dodatkowy blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości realizowaną za pomocą sprężyny gazowej . Blat szafki wykonany z płyty HPL lub tworzywa ABS odpornych na środki dezynfekcyjne. Szuflada górna na lekkobieźnych prowadnicach. Dół szafki - drzwiczki lub szuflada wysuwana.	TAK	
4.	Szafka dwustronna zapewniająca pełną funkcjonalność i dostęp do szuflad oraz blatu bocznego przy ustawieniu z prawej lub lewej strony łóżka.	TAK	
5.	Szuflada górna i dół wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę.	TAK	
6.	Szuflada górna na prowadnicach o wytrzymałości min 10 kg wyposażona w wyjmowane wkłady tworzywowe z przegrodami.  Część dolna drzwiczki wyposażone w system samodomykania z półką lub wysuwana szuflada na lekkobieźnych prowadnicach o wytrzymałości min 25 kg wyposażona w elementy do segregacji przechowywanych przedmiotów.	TAK	
7.	Szerokość całkowita: 500 mm ( ± 30 mm)	TAK	
8.	Długość całkowita: 480 mm ( ± 30 mm)	TAK	
9.	Wysokość całkowita: 900 mm (±30 mm)	TAK	
10.	Blat górny i boczny z galeryjką.	TAK	
11.	Blat górny wyposażony w uchwyt do przetaczania szafki .	Tak	

12.	Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulację wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1100mm ( $\pm 30$ mm ) oraz regulację kąta pochylenia. Blat boczny chowany w korpus szafki nie może powodować zwiększenia gabarytów szafki .	TAK	
13.	Możliwość przechyłu blatu min. 60° ( $\pm 5^\circ$ ) z możliwością blokowania w pośrednich pozycjach	TAK	
14.	Szafka przejezdna wyposażona w podwójne antystatyczne koła z indywidualną blokadą.	TAK	
15.	Szafka wyposażona w dodatkową półkę na obuwie pacjenta	TAK	
16.	Szafka wyposażona w dodatkowy uchwyt na ręcznik oraz uchwyt na butelkę,	TAK	
17.	Możliwość rozbudowy szafki o dodatkowe elementy takie jak uchwyt telefonu, możliwość zamykania szuflad/szuflady na klucz.	TAK	
18.	Bezpieczne obciążenie blatu bocznego min. 10 kg.	TAK	
19.	Możliwość wyboru kolorystyki blatów i szuflad szafki – dopasowana do kolorów szczytów w łózkach. Przedstawić propozycje	TAK	

**Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.**

**Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.**

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)