



Misja zakładu:

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej
i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”*

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

**Dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatów
dla SPZOZ w Krotoszynie**

Nr sprawy: DG/1/44/19

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do Formularz cenowego:

1 Pytanie:

Czy zamawiający dopuści dostarczenie wirówki o parametrach MPW M-DIAGNOSTIC, zakres obrotów: $90 \div 6\,000$ RPM, z wirnikiem kątowym 24 x 15/10ml - kąt 30°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2 Pytanie:

Prosimy o sprecyzowanie, że dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ
W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski**

Krotoszyn, dnia 28.11.2019 r.