



## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na**

**Dostawę materiałów szewnych dla SPZOZ w Krotoszynie**

**Nr sprawy: AS/1/24/20**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

### **Zapytania do formularza cenowego:**

#### **1 Pytanie:**

##### **Dotyczy pakietu 6**

Czy Zamawiający dopuszcza nić wchłaniającą po 56-70 dniach o początkowej sile około 140% USP i EP, 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tygodniach od zastosowania, z powleczeniem z mieszaniny kopolimeru kaprolaktonu bądź glikolidu oraz stearylomleczanu wapnia? Reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **2 Pytanie:**

##### **Pakiet nr 5, poz. 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **3 Pytanie:**

##### **Pakiet nr 6, poz. 13, 18, 19**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **4 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 1 igłę o długości 20mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **5 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 2,4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 2 i 4 igłę o długości 20mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **6 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 3,6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 3 i 6 igłę o długości 25mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**7 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 5 igłę o długości 25mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**8 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 7 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**9 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 8 i 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 1, Pozycji nr 8 i 9.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**10 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Pozycji nr 1,2,4,5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 1,2,4,5 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**11 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 3 igłę o długości 26mm oraz nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**12 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Pozycji nr 7,8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 7,8 igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**13 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Pozycji nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 9 igłę o długości 48mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**14 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Pozycji nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 10 igłę o długości 36mm oraz nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**15 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 1-4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 1-4 szew o podtrzymywaniu tkankowym 55% po 7 dniach, 25% po 14 dniach oraz nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**16 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 szew o podtrzymywaniu tkankowym 40% po 7 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**17 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 5, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 1 igłę o długości 24mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**18 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 5, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 3 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**19 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 1 szew o podtrzymywaniu tkankowym około 65% po 14 dniach i około 40% po 21 dniach oraz igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**20 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 2,4,5,8,9,10,16,21

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycjach nr 2,4,5,8,9,10,16,21 szew o podtrzymywaniu tkankowym około 65% po 14 dniach i około 40% po 21 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**21 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 3 szew o podtrzymywaniu tkankowym około 65% po 14 dniach i około 40% po 21 dniach oraz igłę o długości 22mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**22 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 6,11,14,15,20

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycjach nr 6,11,14,15,20 szew wykonany z kwasu poliglikolowego o podtrzymywaniu tkankowym około 65% po 14 dniach i około 40% po 21 dniach i okresie wchłaniania 60-90 dni, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**23 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 7 szew wykonany z kwasu poliglikolowego o podtrzymywaniu tkankowym około 65% po 14 dniach i około 40% po 21 dniach i okresie wchłaniania 60-90 dni i igłę o długości 22mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**24 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 12,17

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycjach nr 12,17 szew o podtrzymywaniu tkankowym około 65% po 14 dniach i około 40% po 21 dniach oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**25 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 13 szew wykonany z kwasu poliglikolowego o podtrzymywaniu tkankowym około 65% po 14 dniach i około 40% po 21 dniach i okresie wchłaniania 60-90 dni i igłę o długości 48mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**26 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 18,19

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycjach nr 18,19 szew o podtrzymywaniu tkankowym około 65% po 14 dniach i około 40% po 21 dniach oraz nić o długości 90cm i igłę o długości 48mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**27 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 22

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 22 szew wykonany z kwasu poliglikolowego o podtrzymywaniu tkankowym około 65% po 14 dniach i około 40% po 21 dniach i okresie wchłaniania 60-90 dni oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**28 Pytanie:**

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 23

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 23 szew o podtrzymywaniu tkankowym około 65% po 14 dniach i około 40% po 21 dniach oraz nić o długości 90cm i igłę o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**29 Pytanie:**

**Pakiet 1, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**30 Pytanie:**

**Pakiet 1, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 4/0?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**31 Pytanie:**

**Pakiet 1, pozycja 6, 7** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**32 Pytanie:**

**Pakiet 1, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**33 Pytanie:**

**Pakiet 2** - Czy Zamawiający dopuści szew o profilu podtrzymywania ok. 70% po 4 tygodniach i ok.50% po 6 tygodniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**34 Pytanie:**

**Pakiet 2** - Czy Zamawiający dopuści nitkę 70cm wszędzie tam gdzie wymagana jest nitka 75cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**35 Pytanie:**

**Pakiet 2, poz. 1-5, 9-10** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów posiadających igły wzmacnione wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**36 Pytanie:**

**Pakiet 2, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**37 Pytanie:**

**Pakiet 2, poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40 lub 48mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**38 Pytanie:**

**Pakiet 2, poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26 lub 36 mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**39 Pytanie:**

**Pakiet 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym ok. 50-60% po 7 dniach, ok. 20-30% po 14 dniach od zaimplantowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**40 Pytanie:**

**Pakiet 3** - Czy Zamawiający dopuści nitkę 70cm wszędzie tam gdzie wymagana jest nitka 75cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**41 Pytanie:**

**Pakiet 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów posiadających igły wzmacnione wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**42 Pytanie:**

**Pakiet 3, pozycja 2, 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**43 Pytanie:**

**Pakiet 4, pozycja 2, 7-10** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów posiadających igły wzmacnione wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**44 Pytanie:**

**Pakiet 4, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 2 x 25mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**45 Pytanie:**

**Pakiet 4, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**46 Pytanie:**

**Pakiet 4, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**47 Pytanie:**

**Pakiet 4, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**48 Pytanie:**

**Pakiet 4, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 2 x 16mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**49 Pytanie:**

**Pakiet 4, pozycja 10** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 2 x 13mm 3/8 koła okrągła?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**50 Pytanie:**

**Pakiet 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym ok. 50% po 7 dniach?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**51 Pytanie:**

**Pakiet 5, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**52 Pytanie:**

**Pakiet 5, pozycja 2-3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**53 Pytanie:**

**Pakiet 6** - Czy Zamawiający dopuści szew wykonany z kwas poliglikolowy powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniający się w okresie 60-90dni o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**54 Pytanie:**

**Pakiet 6, poz. 14, 20-21** - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm lub 48mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**55 Pytanie:**

**Pakiet 7, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**56 Pytanie:**

**Pakiet 7, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Zapytania do SIWZ i projektu umowy:**

**57 Pytanie:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający uzna wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP za spełniony, jeżeli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne (z odpowiednim zaznaczeniem- nie należy do żadnej grupy kapitałowej) oświadczenie wraz z ofertą.

**58 Pytanie:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

**59 Pytanie:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 11 ust. 6 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. Wstrzymywanie dostaw produktów medycznych, biorąc pod uwagę fakt, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie mają zdolności upadłościowej, a źródło przychodów jest jawne, mogłoby być uznane za sprzeczne z art. 5 k.c., godziłoby bowiem w dobro najwyższej chronione, czyli zdrowie i życie pacjentów, dlatego też oczekujemy na przystąpienie do postępowania tych wykonawców, którzy posiadają zdolności ekonomiczne do realizacji zamówień na znanym rynku funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnych i związanych z tym niezależnych od Zamawiającego, fluktuacji przepływów finansowych.

**60 Pytanie:**

Wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

**Odpowiedź:** Stan finansowy pogorszył się w stosunku do roku ubiegłego. Bilans i rachunek zysków i strat nie jest jeszcze zatwierdzony przez organ założycielski. Ostateczny termin zatwierdzenia przypada na 30.09.2020r.

**61 Pytanie:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

§ 5 ust. 8:

Niewywiązanie się Wykonawcy z któregośkolwiek ze zobowiązań określonych w § 5 ust. 9 poprzez brak umieszczenia wymaganych umową danych, upoważnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

**62 Pytanie:**

§ 7 ust. 1-3:

W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionego towaru, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego, a niedostarczonego towaru, jednak nie mniej niż 50,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony umową oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego, a niedostarczonego towaru,

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

**63 Pytanie:**

§ 7 ust. 1-3:

W przypadku opóźnienia Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanego towaru, jednak nie mniej niż 50,00 zł, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru,

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

**64 Pytanie:**

§ 7 ust. 1-3:

W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ  
W KROTOSZYNIE  
ds. techniczno-inwestycyjnych  
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 31.07.2020 r.