



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2, tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02
Nr KRS: 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Zakup wiertarki ortopedycznej dla SPZOZ w Krotoszynie -II ”

Nr sprawy: DTECH/1/41/20

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Pytanie 1.

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferty równoważnej o poniższych parametrach. Takie dopuszczenie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę z lepszym jakościowo towarem po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Dodatkowo ewentualne zmiany lub dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia innych parametrów, jest zasadne również ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu, jakości lub jest neutralna w tym zakresie:

Nazwa/opis produktu
Napęd ortopedyczny autoklawowalny uniwersalny do wiercenia, rozwiercania i cięcia, konstrukcja modułarna, kaniulowany 5mm, wymienne zasilanie: elektryczne (przewód) i bateryjne. Moc 400W, moment obrotowy 21Nm dla 250 rpm. Mocowanie końcówek w 12 pozycjach, co 30 stopni. Waga z akumulatorem 1100g. Mycie w procesie automatycznym.
Akumulator litowy LiFePO4, 16V; 1,1Ah
Obudowa akumulatora, prowadnica sterylna
Ładowarka do akumulatorów, sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, 4 gniazda jednoczesnego ładowania
Konsola zasilająca
Przewód konsoli zasilającej
Uchwyt typu Jacobs, 1/4"
Uchwyt typu Jacobs, bezkluczowy, 1/4" 1000 rpm
Uchwyt reamera typ AO 250 rpm

Uchwyt reamera typ Zimmer/Hudson 250 rpm
Uchwyt reamera typ Trinkle 250 rpm
Nasadka ortopedyczna piła oscylacyjna, prędkość maks. 12.000 osc./min; 12 pozycji ustawienia nasadki
Uchwyt do drutów Kirchnera, średnica drutu 0,6-2,2mm
Kontener do sterylizacji
Pokrywa kontenera do sterylizacji
Przewód sieciowy
Rozwiertaki śródszpikowe
Rozwiertak śródszpikowy #8.0 mm
Rozwiertak śródszpikowy #9.0 mm
Rozwiertak śródszpikowy #10.0 mm
Rozwiertak śródszpikowy #11.0 mm
Rozwiertak śródszpikowy #12.0 mm
Rozwiertak śródszpikowy #13 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje , że modyfikuje opis przedmiotu zamówienia usuwając rozdziały VI, VII, VIII, IX . W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr _7_wiertarka ortopedyczna_poprawiony.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 09.11.2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 09.11.2020 r. o godz. 12:30

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Iwona Wiśniewska

Krotoszyn, dnia 02.11.2020r.