

## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na**

**Dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą 2 aparatów dla SPZOZ w Krotoszynie**

**Nr sprawy: DG/1/39/20**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

### Zapytania do SIWZ i projektu umowy:

#### 1 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch analizatorów używanych z 2018r, po pełnym przeglądzie technicznym, potwierdzonym certyfikatem?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednego analizatora używanego z 2018 roku, po pełnym przeglądzie technicznym; drugi z zaoferowanych analizatorów fabrycznie nowy.

#### 2 Pytanie:

Dotyczy Par. 5. Prosimy o dodanie do treści zapisu możliwości przysyłania faktur drogą elektroniczną. Dostawy odbywają się z magazynów zagranicznych i nie ma możliwości synchronizacji i dołączenia do nich papierowych faktur.

**Odpowiedź:** Par. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Termin płatności dostawy: przelewane wyłącznie na konto Wykonawcy po wykonaniu każdej sukcesywnej dostawy w terminie do ..... dni licząc od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i doręczania faktur (na adres mailowy.....**lub** w formie papierowej nie później niż w dniu dostawy) wraz z sukcesywną dostawą, przy czym wartość faktury będzie uwzględniała wartości jednostkowe przyjęte w ofercie (formularzu cenowym) złożonym w niniejszym postępowaniu przetargowym i ilość dostarczonych Produktów.

#### 3 Pytanie:

§ 7 prosimy o dodanie ust. 7 w brzmieniu:

Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian. Wykonawca nie wskazuje argumentów przemawiających za zmianą postanowienia, a odpowiada ono założeniom wynikających z ustawy o finansach publicznych, w zakresie dysponowania środkami publicznymi.

#### 4 Pytanie:

Zwracamy się z zapytaniem, czy jako High sensitivity CRP zamawiający uzna test o czułości min. 0,05 mg/dl, zgodny z zaleceniami AHA/CDC dotyczącymi oceny pacjentów o wysokim ryzyku choroby sercowo-naczyniowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający uznaje test o czułości min. 0,05 mg/dl jako High sensitivity CRP.

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ  
W KROTOSZYNIE**  
ds. techniczno-inwestycyjnych  
*mgr inż. Dariusz Markowski*



Krotoszyn 19.11.2020 r.