

Krotoszyn, 11.01.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak: **DTECH/1/16/17**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

Dostawa aparatury medycznej do diagnostyki i terapii ginekologicznej, znak: DTECH/1/16/17

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ w związku z udzielonymi wyjaśnieniami na pytania wykonawców:

- § 5 ust. 7 Części II SIWZ - Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„Okres gwarancji na naprawione urządzenia zostanie przedłużony o liczbę dni, o jaką wykonawca opóźni się z naprawą urządzenia w stosunku do terminów naprawy określonych w ust. 5.”

- § 5 ust. 11 Części II SIWZ - Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„Dwukrotne uprzednie uszkodzenie tego samego podzespołu/elementu, w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę w przypadku trzeciego uszkodzenia tego samego podzespołu/elementu do jego wymiany na nowe, wolne od wad, spełniające te same parametry, w terminie 14 dni liczonych od chwili trzeciego zgłoszenia o awarii. W przypadku trzykrotnego dokonania wymiany tego samego elementu/podzespołu, pomimo ich uprzedniej naprawy w ramach procedury jak w zdaniu pierwszym - Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany całego urządzenia, chyba, że podzespół/element nie ma istotnego znaczenia dla jego pracy (tzn pomimo wady aparat jest użytkowany).”

Wszelkie zmiany i uzupełnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ
W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski**

