



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (62) 588 03 90 fax. (62) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750; NIP: 621-15-36-551; REGON: 000310226

e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

Krotoszyn, dnia 17.01.2018

## WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest „Dostawa aparatury medycznej do diagnostyki i terapii ginekologicznej”.**

Nr sprawy: DTECH/1/16/17

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami.

### Dotyczy części 4

#### Pytanie nr 1

**Dot. punktu 50** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora z matrycą TFT bez określenia rodzaju matryc z uwagi na to, iż producent nie udziela takiej informacji w swoich materiałach informacyjnych bądź na zaoferowanie monitora TFT z inną matrycą np. VA zamiast IPS? Nadmieniamy, iż rodzaj matrycy jest tylko jednym z elementów wpływających na odwzorowanie barw, a matryca w oferowanym przez nas monitorze również doskonale odwzorowuje barwy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora z matrycą TFT bez określenia rodzaju matryc.

#### Pytanie nr 2

**2. Dot. punktu 52** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora o jasności 240 cd/m2 i bardzo wysokim kontraście 3000:1? Wartości te zapewniają optymalną czytelność wyświetlanego obrazu i są dopasowane do zaawansowanego systemu przetwarzania obrazu w oferowanym torze wizyjnym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora o jasności 240 cd/m2 i bardzo wysokim kontraście 3000:1



### Pytanie nr 3

**Dot. punktu 58** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora o całkowicie zamkniętym panelu przednim wykonanym ze szkła, który umożliwia przecierany na mokro bez ryzyka wnikięcia płynu do środka obudowy? Ta technologia nie wymaga potwierdzenia stopnia ochrony w skali IP i dlatego producent nie podaje takiej informacji w swoich materiałach informacyjnych. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie takiego monitora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania monitor o całkowicie zamkniętym panelu przednim wykonanym ze szkła, który umożliwia przecieranie na mokro bez ryzyka wnikięcia płynu do środka obudowy.

### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system, który posiada kompatybilność z DICOM Worklist oraz MPPS i Storage Commitment, realizuje Query scheduled MWL, Receive scheduled MWL, N-CREATE, C-STORE, N-ACTION, N-SET, N-EVENT-REPORT, a nie posiada modułu Basic print oraz Retrieve?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania system, który posiada kompatybilność z DICOM Worklist oraz MPPS i Storage Commitment, realizuje Query scheduled MWL, Receive scheduled MWL, N-CREATE, C-STORE, N-ACTION, N-SET, N-EVENT-REPORT, a nie posiada modułu Basic print oraz Retrieve.

### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający powiększy budżet Zamówienia o koszt licencji w przypadku konieczności jej zakupu od firmy Medinet lub czy Zamawiający posiada licencję, którą przypisze do zakupionego systemu?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada licencji, którą może przypisać do kupowanego sprzętu. Koszt zakupu licencji należy uwzględnić w ofercie.

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

  
**DIREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie  
*mgr inż. Krzysztof Kurowski*