



Misja zakładu:

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”*

## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Krotoszynie

Nr sprawy: AS/1/19/21

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia swz

### Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

#### 1 Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 2 dopuści: produkt dopuszczony do stosowania u niemowląt i dzieci przez IMiDz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### 2 Pytanie:

Pakiet 3 poz 1 i 2

Zamawiający w opisie parametrów technicznych opisał przedmiot zamówienia w istocie cytując dokładną specyfikację techniczną produktu Microdacyn i tym samym wskazał na produkt konkretnego producenta. W związku z tym informujemy iż Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jedynie wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia oraz nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń. Wskazując nazwę własną opisywanego przedmiotu zamówienia (bądź wskazując na parametry spełniane wyłącznie przez jedną markę) zamawiający bezwzględnie i w każdym przypadku zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie może być jedynie iluzoryczne i pozorne. Zamawiający powinien określić kryteria równoważności, w celu umożliwienia wykonawcom złożenia ważnej oferty oraz zachowania zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W związku z tym Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy PZP, powinien sprecyzować zakres minimalnych parametrów równoważności produktów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - powinny być podane w sposób przejrzysty, dokładny i transparentny. Jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza, brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie dyspozycji art. 29 ust 3 ustawy PZP i równego dostępu do zamówienia publicznego (sygn. Akt: KIO 483/11). Postawione przez Zamawiającego wymagania dopuszczające jedynie preparaty na bazie kwasu podchloraowego i podchlorynu sodu w stężeniach po 40ppm eliminuje złożenie oferty konkurencyjnych. Istotnym jest, że ustawa PZP posługuje się sformułowaniem „mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”\*. Takie pojęcie użyte przez ustawodawcę powoduje, że na wykonawcy ciąży jedynie obowiązek uprawdopodobnienia, że opis przedmiotu zamówienia może utrudniać uczciwą konkurencję, zaś dowód na okoliczności, że do takiego utrudnienia nie doszło ciąży na Zamawiającym (wyrok Kio z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn.. akt: KIO 694/13). Jednocześnie przypominamy Zamawiającemu że naruszenie przepisów ustawy Pzp stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych (zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję). W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ na bazie kwasu podchloraowego i podchlorynu sodu w stężeniach do 40ppm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### 3 Pytanie:

**Pakiet nr 2**

**poz.5**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekują: preparat sterylny zastosowywanie w oczyszczaniu ran z biofilmu (Octenilin roztwór do irygacji ran)

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**poz.6.**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekują: preparat sterylny zastosowywanie w oczyszczaniu ran z biofilmu i martwicy (Octenilin żel do ran)

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**poz.8**

Czy Zamawiający dopuści preparat Octenisan wash lotion o działaniu dekontaminacyjnym oraz pielęgnacyjnym z zawartością dichlorowodoru octenidyny i alantoiny do ciała i włosów pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**4 Pytanie:**

**dotyczy Pakietu 7 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 poz. 2 Środka do dezynfekcji chemicznej aparatów do dializ „na zimno”. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo, prątkobójczo, rozpuszcza krew, przeciwdziała odkładaniu się CaCO<sub>3</sub> a jednocześnie wzmacnia rozpuszczanie złożeń już istniejących. Opakowanie zawiera 5l preparatu. Prosimy o podanie ile opakowań = 5l należy zaoferować.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**5 Pytanie:**

**dotyczy Pakietu 7 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Pakietu 7 poz. 2 do odrębnego Pakietu. Pozwoli to złożyć oferty większej ilości Wykonawcom i zwiększy konkurencyjność cenową ofert.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**6 Pytanie:**

**Część nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści preparat przeznaczony do manualnej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestetycznego oraz pozostałych termolabilnych wyrobów medycznych (opinia Karl Storz) na bazie kwasu nadoctowego. Działający bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec adenowirusa, poliovirusa oraz sporobójczo (wobec *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Clostridium difficile*) do 5min wykazujący biobójczą skuteczność 7 dni lub 50 cykli w opakowaniu kanister z roztworem bazowym 4940g, aktywator 60 g

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**7 Pytanie:**

**Część nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści paski w op. 15szt z odpowiednim przeliczeniem ? W przypadku ułamkowej ilości opakowań ile należy wycenić.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

**8 Pytanie:**

**Część nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny preparat (o neutralnym pH) do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów oraz manualnego mycia wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestetycznego o stężeniu 0,5%-1% w czasie do 3min w opakowaniach 2l z odpowiednim przeliczeniem opakowań

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**9 Pytanie:**

**Część nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestetycznego o działaniu B, F, (C.albicans), V(BVDV, Vaccinia)- 0,5% -15min o możliwości przechowywania narzędzi w roztworze preparatu do 72 h o potwierdzonej

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**10 Pytanie:**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 preparatu obecnie stosowanego w placówce typu AHD 1000?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 preparatu obecnie stosowanego w placówce typu Phago'Gel?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 5 preparatu obecnie stosowanego w placówce typu Farena ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 6 preparatu obecnie stosowanego w placówce typu Mediawax?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2, 3, 5, 6 z Pakietu nr 1 i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **11 Pytanie:**

##### **Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 z Pakietu nr 4 i utworzenie z tej pozycji odrębnego pakietu?

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat alkoholowy na bazie etanolu i propan-2-ol do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz różnego rodzaju sprzętu medycznego? Skuteczność biobójcza: bakteriobójcze – 30 sek, Tbc ( M. terrae) – 5 min, drożdżakobójcze – 1 min, wirusobójcze (HIV, HBV, HVC) – 30 sek, Noro – 5 min . Deklaracja CE, opakowanie 1L ze spryskiwaczem.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni, zawierającego w składzie czwartorzędowe związki amonowe, chlorki, kationowe środki powierzchniowo czynne i niejonowe środki powierzchniowo czynne, o szerokim spektrum działania : B (EN 13727 ) F (EN13624 – Candidia albicans ), Tbc (EN 14348), V (HBV,HCV,HIV, Rota) - stężenie 0,5% w czasie do 15 min.? Trwałość nieobciążonego roztworu roboczego do 28 dni, możliwość zalewania suchych chusteczek, posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania w obecności pacjenta na oddziałach noworodkowych i położniczo-ginekologicznych. Opakowanie 5l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, produkt biobójczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie nadtlenu wodoru i anionowych środków powierzchniowo czynnych, chusteczka o wymiarze 20x30 cm, gramatura 25g/m2, spektrum działania : zgodnie z EN 16615 B, F – 1 min., V zgodnie z EN 14476 (Polio, Adeno, Noro) – 30 sek. , spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2,3,8 z Pakietu nr 4 i utworzenie z tej pozycji odrębnego pakietu?

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

#### **12 Pytanie:**

##### **Dotyczy Pakietu nr 5**

Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby preparat był sporobójczy zgodnie z normą EN 17126?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby preparat był sporobójczy zgodnie z normą EN 17126 lub normą równoważną.

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu wykazującego potwierdzone badaniami działanie bójcze na szczepach normatywnych, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego, niepieniącego środka myjącego zawierającego w składzie 5 różnych enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannaaza, celulaza) o pH neutralnym? Do mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestetycznego i innych wyrobów medycznych. Możliwość zastosowania w ultradźwiękach, manualnie i maszynowo. Płynny, niepieniący środek myjący zawierający w składzie 5 różnych enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannaaza, celulaza) o pH neutralnym. Do mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestetycznego i innych wyrobów medycznych. Możliwość zastosowania w ultradźwiękach, manualnie i maszynowo. Posiadającego właściwości bakteriostatyczne oraz zdolność zapobiegania tworzeniu biofilmu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 4 – Prosimy o dopuszczenie preparatu zawierającego propionian, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy) o spektrum B, F (*C. albicans*) i V (HIV, HBV, HCV, Herpes Vaccinia) w czasie do 10 minut, stężenie roztworu roboczego 0,5%

z możliwością rozszerzenia o działanie Tbc (*M. terrae*), o potwierdzonej oświadczeniem producenta skuteczności usuwania biofilmu i korozji wżerowej zgodnie z NF S94-402-1, spełniającego pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) preparat myjący w postaci piany o właściwościach bakteriostatycznych, który doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne, o neutralnym pH i zawartości substancji antykorozyjnych oraz doskonałej kompatybilności dzięki której istnieje możliwość nawilżania i przechowywania narzędzi w preparacie do 72 h, w op. 750 ml z końcówką spieniającą, wyrób medyczny kl I?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

### **13 Pytanie:**

#### **Pakiet nr 1, poz. 3**

Ze względu na brak dostępności preparatu Aniosgel 85 NPC, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamiennika o nazwie **Aniosgel 800**. Preparat o właściwościach alkoholowo-wodnego żelu, na bazie etanolu (80g.) o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie. Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: B, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV-1, ROTA, RSV, ADENO, NORO, VACCINIA), Tbc w czasie do 30 sekund. Polio – 60 s. Niezawierający barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych. Pojemność 500ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **14 Pytanie:**

#### **Pakiet nr 1, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała oraz włosów. Wykazuje doskonale właściwości myjące i pielęgnujące. Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych, o neutralnym dla skóry pH (ok. 5). Opakowanie 500 ml

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **15 Pytanie:**

#### **Pakiet nr 4, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do dezynfekcji powierzchni typu **Medicarine**. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz w obecności pacjentów. Spektrum B, F, Tbc, V, S (*Clostridium difficile*). Działanie wobec *Clostridium difficile* w warunkach brudnych w stężeniu do 10 000 ppm w czasie do 15 minut. Aktywność roztworu roboczego nieużywanego co najmniej 1 dzień roboczy. Opakowanie zawierające 300 tabletek. W przypadku zgody prosimy o określenie jaką ilość opakowań należy wycenić.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

### **16 Pytanie:**

#### **Pakiet nr 4, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie wymogu dostarczenia 750 szt spryskiwaczy ze względu na to, że preparat opisany w/w pozycji występuje w opakowaniu z wbudowanym spryskiwaczem.

**Odpowiedź:** Zamawiający żąda dostarczenia spryskiwacza w momencie, kiedy nie ma wbudowanego spryskiwacza w opakowaniu.

### **17 Pytanie:**

#### **Pakiet nr 4, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu *Surfa Safe Premium*. Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat z zawartością QAV, w postaci piany do dezynfekcji dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, wykazujący działanie bakterio - (w tym MRSA, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria monocytogenes* 4b , *Salmonella enteritidis*) do 2 min, Tbc do 60 min. grzybo- i wirusobójcze (HIV, HBV ,HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, RSV) w warunkach brudnych - w czasie do 20 minut . Opakowanie 750 ml wyposażone w zintegrowaną końcówkę spieniającą.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**18 Pytanie:**

**Pakiet nr 5, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu *Aniosyme Synergy 5* posiadający właściwości bakteriostatyczne. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**19 Pytanie:**

**Pakiet nr 5, poz. 4**

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu *ANIOSYME XL3* koncentratu zawierającego w składzie: Czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik, substancje pomocnicze. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją. Mycia w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania : B, F, V ( HBV, HCV, HIV, Herpes, Vaccina) – 0,5 % - 5 min, Tbc- 2% - 15 min. Opakowanie 5 l.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**20 Pytanie:**

**Pakiet nr 6, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu *Neodisher endo CLEAN* którego pH wynosi 11,0 – 11,3. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**21 Pytanie:**

**Pakiet nr 6, poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu *Neodisher SBR* extra zawierający w składzie < 5% fosfoniany, 15-30 % EDTA. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**22 Pytanie:**

**Pakiet nr 6, poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu *Neodisher SB eco* zawierający w składzie < 5% polikarboksylany, środki konserwujące..Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**23 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 1 poz. 1 Zamawiający dopuści Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**24 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 1 poz. 3 Zamawiający dopuści Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**25 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 1 poz. 4 Zamawiający dopuści Mydło w postaci pianki do higienicznego mycia rąk. Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwałą i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**26 Pytanie:**

W przypadku dopuszczenia preparatu z Pakietu numer 1 poz. 4 prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników na czas trwania umowy.

**Odpowiedź:** zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25.

**27 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 1 poz. 4 Zamawiający dopuści Emulsja do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego pasujące dozowników łokciowych typu Dermados.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**28 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 1 poz. 5 Zamawiający dopuści Emulsja do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**29 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 1 poz. 6 Zamawiający dopuści Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**30 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 4 poz. 2 Zamawiający dopuści Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów i fenoli. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, grypa A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**31 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 4 poz. 3 Zamawiający dopuści Koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecyldimetyloamoni. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat

posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie 5l z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### **32 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 4 poz. 4 Zamawiający dopuści Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### **33 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 4 poz. 8 Zamawiający dopuści Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

### **34 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 5 poz. 4 Zamawiający dopuści Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Op. 5l

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

### **35 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 5 poz. 5 Zamawiający dopuści Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem DUO z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

### **36 Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 6 poz. 5 Zamawiający dopuści Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Op. 5l

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

### **37 Pytanie:**

#### **Dot. Pakietu nr 4 poz. 8**

Czy Zamawiający z pakietu nr 4 wydzieli do osobnego pakietu pozycję 8 i dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych?

Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, działanie bójcze wobec wirusów osłonkowych, w tym coronavirusom np. SARS – CoV-2) w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma

- 2 min., o dopuszczalnym kontakcie z materiałem biologicznym. Przebadane zgodnie z normą 16615 warunki brudne. Roztwór, którym są nasączone, nie posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Chusteczki posiadają opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Możliwość stosowania chusteczek do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Trwałość biobójcza 3 miesiące. Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g/m2 wykonane z poliestru, op. 100 sztuk.

Pragniemy poinformować, że dopuszczenie innych preparatów, poza jednym, który został opisany przez Zamawiającego, pozwoli na zwiększenie konkurencyjności przetargu w zakresie cenowym, co w zeszłorocznym przetargu pozwoliło Zamawiającemu zaoszczędzić kwotę 7 032,96 zł. Chcielibyśmy jednocześnie zaznaczyć, że Zamawiający obecnie korzysta z tego produktu w kończącej się umowie przetargowej i odnotowaliśmy pozytywne opinie o tym produkcie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

### **Zapytania do projektu umowy:**

#### **38 Pytanie:**

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 10 o treści:

"Ustępy od 1 do 9 paragrafu 7 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustępu 10 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% kwoty z faktury brutto za każdy dzień opóźnienia w płatności, jednak nie mniej niż 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki w płatności.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

#### **39 Pytanie:**

Czy Zamawiający wykreśli w § 3 ust. 7 zdanie drugie?

Proponowany zapis stawia Wykonawcę w rażąco gorszej sytuacji niż Zamawiający.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

#### **40 Pytanie:**

Czy Zamawiający wykreśli w § 5 ust. 8 ? – Karanie Strony umowy za błąd w fakturze jest zbyt daleko idącym rygoryzmem. Wystarczy, że na skutek pomyłki w fakturze przedłuży się termin na jej opłacenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

#### **41 Pytanie:**

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 1, 2 i 7 poprzez nadanie mu brzmienia:

1. W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego towaru, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości zamówionego towaru, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.

2. W przypadku zwłoki, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% wartości zareklamowanego towaru, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086).

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

Zamawiający wyjaśnia, że zastosowanie będzie miał w całości art. 15 r Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...[więcej]. W związku z powyższym w przypadku pojawienia się trudności w terminowym zrealizowaniu umowy, będzie można stosownie do okoliczności dokonywać zmian umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli nie będzie można przypisać winy wykonawcy zamówienia publicznego, Zamawiający nie będzie mógł naliczyć kary umownej. Wykonawca będzie musiał wykazać, jakie przyczyny obiektywne doprowadziły do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i że źródłem tego są przyczyny poza obszarem wpływu wykonawcy.

#### **42 Pytanie:**



Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 9 ust. 2 lit, d poprzez nadanie mu brzmienia: d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 6% , wynagrodzenie Wykonawcy, może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem, że umowa obowiązuje ponad 12 miesięcy, na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

#### **43 Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 11 ust. 6 poprzez dodanie zdania czwartego o treści:

6. Wykonawca zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego, w szczególności z rachunkiem zysku i strat oraz bilansem, w związku z powyższym zrzeka się prawa do wstrzymywania dostaw na wypadek opóźnienia z płatnościami. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający udostępni dane finansowe w postaci Bilansu i RZiS. Jednocześnie informujemy, że są one również dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wykonawca zastrzega, że w przypadku opóźnień w zapłacie przekraczających 40 dni zrzeczenie się prawa do wstrzymania dostaw traci moc.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

#### **44 Pytanie:**

**Dot. SWZ Wymagania stawiane wykonawcy, I punkt 9),**

W związku z ogólnosiwiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów SIWZ i projektu umowy odnośnie terminów dostawy towaru wnosimy o ich wydłużenie następująco:

- termin dostawy: maksymalnie 7 dni roboczych, minimalnie 4 dni robocze
- termin dostaw interwencyjnych : wciągu 48 godzin roboczych,
- na podstawie składanych zamówień częściowych .

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

#### **45 Pytanie:**

**Dot. projektu umowy §3 ust. 6**

Wnosimy o modyfikację zapisu w §3 ust. 6 w sposób następujący:

*W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego , Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę przy czym różnica ta nie może być większa niż 10 % pomiędzy ceną asortymentu jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony asortyment w terminie, a ceną którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Dodatkowo Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej z tytułu opóźnienia w dostawie, stosując odpowiednio §7 umowy, licząc od dnia, w którym zamawiany asortyment miał być dostarczony przez Wykonawcę do dnia nabycia zastępczego.*

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

#### **46 Pytanie:**

**Dot. projektu umowy §5 ust. 3**

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy ust. 3 §5 na następujący:

*„3. W przypadku, gdy wartość faktury brutto, przekracza kwotę 20 000,00 zł po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę istnieje możliwość płatności kwoty faktury w dwóch równych miesięcznych ratach, przy czym termin płatności pierwszej raty przypada na dzień zgodny z postanowieniami §5 ust. 2 a drugiej po upływie miesiąca od terminu płatności pierwszej raty.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

#### **47 Pytanie:**

**Dot. projektu umowy §5 ust. 8**

Wnosimy o wykreślenie z umowy zapisu ust.8 §5 .

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

#### **48 Pytanie:**

**Dot. projektu umowy §6 ust. 3**

W związku z ogólnosiwiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie rozpatrzenia reklamacji wnosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź: §6 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:** Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od ich zgłoszenia. Koszty uzasadnionej reklamacji obciążają Wykonawcę.

**49 Pytanie:**

**Dot. projektu umowy §6 ust. 4**

W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw z zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie wymiany wadliwej partii towaru wnosimy o wydłużenie terminu wymiany do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź: §6 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie:** W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie do 5 dni roboczych od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach, chyba, że inny termin będzie wynikał ze zgłoszenia reklamacyjnego.

**50 Pytanie:**

**Dot. projektu umowy §7 ust. 1 i 2**

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy ust. 1 i 2 §7 poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych w sposób następujący:

„ 1.W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego towaru , Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru, jednak nie mniej niż 30 zł za każdy dzień, ponad termin określony umową.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego , Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości zareklamowanego towaru, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową.”

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

**51 Pytanie:**

**Dot. projektu umowy §7,**

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §7 umowy następującej treści.

„10.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .

11Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.10.”

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

**52 Pytanie:**

**Dot. wzoru umowy §7**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 umowy poprzez dodanie w § 7 ustępu 10 i 11 do umowy o następującej treści:

10. Strony postanawiają, że zapisy §7 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

11. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

**53 Pytanie:**

**Dot. projektu umowy**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do projektu umowy zapisu o następującej treści:

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

**Odpowiedź:** Kwestia możliwości zmiany umowy i zasad informowania się o problemach z realizacją umów w związku z COVID reguluje Art. 15r Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...[więcej] Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm. co jest wystarczające.

#### **54 Pytanie:**

##### **Dot. projektu umowy §9 ust. 2i)**

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy ust. 2i) §9 poprzez skrócenie terminu ewentualnego przedłużenia umowy do 3 miesięcy.

**Odpowiedź: §9 ust. 2i projektu umowy otrzymuje brzmienie** Nie wyczerpania ilościowego oraz wartościowego umowy, poprzez przedłużenie terminu jej obowiązywania, jednak nie dłużej niż o kolejne 6 miesięcy.

#### **55 Pytanie:**

##### **Dot. wzoru umowy §9 ust. 2h)**

Wnosimy o wykreślenie z umowy zapisu w ust.2h) §9, w związku ze znacznym ograniczeniem dostępności środków dezynfekcyjnych na rynkach światowych brak jednoznacznego określenia szacowanych ilości w zakresie każdej pozycji będącej przedmiotem postępowania uniemożliwia prawidłowe i rzetelne przedstawienie oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

#### **56 Pytanie:**

##### **Dot. projektu umowy §11 ust.5**

Wnosimy o ujednolicenie umowy w zakresie zapisu §11 ust. 5 poprzez modyfikację zapisu umowy odnoszącego się do użycia terminu dni, że przez termin dni rozumie się dni robocze.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian.

Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że dostawy zgodnie projektem umowy, będą realizowane jedynie w dni robocze.

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem  
**Z-CA DYREKTORA SPZOZ  
W KROTOSZYNIE  
ds. techniczno-inwestycyjnych  
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 06.07.2021r.