

Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Sprzęt do tomografu

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent i kraj	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn $A \times B = C$	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę $C + E = F$
						A	B	C	D	E	F
1	Jednorazowy, sterylny, zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT Dual - komplet, na który składają się : - 2 x wkład o pojemności 200 ml - 1x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150-152 cm, o wytrzymałości min. 350 PSI z trójnikiem T, lub z trójnikiem Y i zastawką antyzwrotną - złącze szybkiego napełniania typu „J”				szt.	2 600		0,00		0,00	0,00
RAZEM								0,00		0,00	0,00

Zamawiający dopuszcza zamienniki zaoferowanych produktów. W takim przypadku Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące oświadczenia:

1. że zaproponowany produkt wykazuje w 100% cechy produktu oryginalnego (dotyczy składu fizyko-chemicznego, reakcji i wpływu na kontakt z organizmem ludzkim oraz gwarantowanej jakości badania),
2. że oferowany produkt jest w 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem **Stellant CT Dual** (do potwierdzenia przez producenta urządzenia lub jego przedstawiciela, lub autoryzowany serwis, lub producenta oferowanego zestawu),
3. o możliwości i gotowości **pokrycia kosztów usług serwisowych**, polegających na ewentualnych naprawach wstrzykiwacza i eliminacji ewentualnych usterek w jego działaniu, które powstać by mogło jako rezultat zastosowania w eksploatacji tego wstrzykiwacza, proponowanych zamienników produktów oryginalnych oraz o przejęciu pełnej odpowiedzialności za stan techniczny urządzenia oraz skutki ich działania w stosunku do personelu medycznego, pacjentów oraz osób postronnych.

Zamawiający w celu oceny jakości asortymentu wymaga dołączenia do oferty próbek:
2 zestawów do wstrzykiwacza.

UWAGA!

1. Brak wypełnienia kolumn - Numer katalogowy - , - Nazwa handlowa - , - Producent i kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wymaganych próbek, oferta zostanie odrzucona.

.....
pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy