

## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:**

**„Dostawę wyrobów medycznych dla pracowni leków cytostatycznych dla SPZOZ w Krotoszynie,,**

**Nr sprawy: AS/1/01/18**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

### **I. Zapytania do Formularza Cenowego:**

#### **1 Pytanie:**

**dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 2 aby półmaska posiadała klapkę pod brodę ułatwiającą zakładanie.?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga aby półmaska posiadała klapkę pod brodę ułatwiającą zakładanie.

#### **2 Pytanie:**

**Pakiet 3 poz. 3:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek o gramaturze 26 g/m2 w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza czepek o gramaturze 26g/ m2.

#### **3 Pytanie:**

**Pakiet 3 poz. 6:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z mankietem anatomicznie prostym rolowanym z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu tak jak dotychczas dostarczane.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ww. parametry rękawic.

#### **4 Pytanie:**

**Pakiet 4 Poz. 1:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego przyrządu do przygotowywania cytostatyków posiadającego przezroczystą obudowę zaworu oraz zawór bezigłowy w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz.

#### **5 Pytanie:**

**Pakiet 4 poz. 3:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 20 ml luer-lock, trzyczęściowej, z przezroczystym tłokiem i cykindrem, opakowanie 120 sztuk., skalowanej co 1 ml, bez rozszerzenia skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

**Odpowiedź:** Zamawiający - dopuszcza.

#### **6 Pytanie:**

**Pakiet 4 poz. 4:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 10 ml luer-lock, trzyczęściowej, z przezroczystym tłokiem i cylindrem, skalowanej co 0,2 ml, bez rozszerzenia skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

**Odpowiedź:** Zamawiający - dopuszcza.

#### **7 Pytanie:**

**Pakiet 4 poz. 5:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 5 ml luer-lock, trzyczęściowej, z przezroczystym tłokiem i cylindrem, opakowanie 125 sztuk, skalowanej co 0,2 ml, bez rozszerzenia skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających

zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.  
**Odpowiedź:** Zamawiający - dopuszcza.

**8 Pytanie:**

**Pakiet 4 poz. 6:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 3 ml luer-lock, trzyczęściowej, z przezroczystym tłokiem i cylindrem, opakowanie 200 sztuk, skalowanej co 0,1 ml, bez rozszerzenia skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

**Odpowiedź:** Zamawiający - dopuszcza.

**9 Pytanie:**

**Pakiet 4 poz. 9:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji, aby umożliwić złożenie oferty przez większe grono Wykawców.

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: pompa elastomerowa do podaży 5-fluorouracylu; jednorazowego użytku, objętość nominalna 275ml, prędkość podaży 5ml/h, wygodny okrągły kształt płaskiego dysku o twardej warstwie zewnętrznej chroniącej lek przed światłem UV, łatwy do ułożenia na płaskiej powierzchni w trakcie napełniania, duża przezroczystość, umożliwiająca czytelną obserwację leku w pompie, mała wielkość, port do napełniania zamknięty koreczkiem, port do napełniania zintegrowany z zastawką bezzwrotną, drenik infuzyjny bursztynowy z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz filtrem cząsteczkowym 1,2 -2 µm wraz z odpowietrznikiem zakończony korkiem hydrofobowym (automatyczne odpowietrzanie linii bez konieczności zdejmowania korka) + torebka do pomp.

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz.

**10 Pytanie:**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. nr 14.

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz.

**11 Pytanie:**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 4 poz. nr 1

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz.

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem  
**Z-CA DYREKTORA SPZOZ  
W KROTOSZYNIE  
ds. techniczno-inwestycyjnych  
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 14.02.2018r.