

Załącznik nr 3.2 do SIWZ

Część nr 2

Opis parametrów technicznych kolposkopu			
<p>Pełna nazwa</p> <p>Rok produkcji - typ. Kraj</p> <p>Producent/firma -</p>			
<p>Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.</p>			
LP.	Opis parametru	Wartość graniczna / wymagana	Oferowany parametr należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
1.	Kolposkop fabrycznie nowy.	TAK	
2.	Rok produkcji z roku dostawy.	TAK	
3.	Konstrukcja		
4.	Kolposkop optyczny z układem video dającym możliwość wizualizacji i archiwizacji obrazu optycznego. Posiadający ergonomiczne ramię i przełącznik. Ruch we wszystkich osiach. Oprogramowanie w języku polskim pozwalające tworzyć raporty, przechowywać zdjęcia oraz filmy. W zestawie: jezdną podstawą, półką pod laptopa, laptop.	TAK	
5.	Odległość robocza 250 mm +/-7mm .	TAK	
6.	Powiększenia dla obiektywu: F-250mm: 3,3x5,3x 8,5x 13,6x22x	TAK	
7.	Rozdzielczość , 32, 50, 70, 85, 90 l/mm.	TAK	
8.	Pole widzenia mm 66, 42, 26, 16, 10 .	TAK	
9.	Dopasowanie dioptryjne okularów nie mniejsze niż ±5	TAK	
10.	Zakres regulacji odległości źrenic: 56 – 74 mm regulowany osobnym pokrętelem .	TAK	
11.	Kąt pomiędzy osią optyczną obiektywu i okulem 45 °	TAK	
12.	Filtr zielony wbudowany w obiektyw kolposkopu .	TAK	
13.	Źródło światła LED .	TAK	
14.	Maksymalne natężenie źródła światła LED 60 000 lx.	TAK	
15.	Pięcioramienny podłogowy, przejezdny statyw wyposażony w kółka z hamulcami na przynajmniej 3 kołach .	TAK	
16.	Pokrętko do jednoczesnego hamowania osi obrotu sztycy kolposkopu oraz osi obrotu uchylnego ramienia kolposkopu.	TAK	

17.	Minimalna regulacja wysokości 985, mm.	TAK	
18.	Maksymalna regulacja wysokości 1275, mm.	TAK	
19.	Kolposkop optyczny wyposażony w kamerę Full HD wbudowaną w „głowę” kolposkopu, zabudowaną szczelną obudową, bez wystających przewodów.	TAK	
20.	Ręczny przycisk robienia zdjęć zlokalizowany poniżej lunetek okulara.	TAK	
21.	Połączenie z komputerem za pomocą przewodu USB.	TAK	
	Wymagania dodatkowe		
22.	Wyposażenie w zintegrowaną półkę pod laptop o wymiarze długość x szerokość - 400 x 300mm z +/-50mm z możliwością jej obrotu 360° oraz zmianą kąta pochylenia oraz możliwością jej szybkiego i łatwego demontażu.	TAK	
23.	Minimalne parametry laptopa: <ul style="list-style-type: none"> • Przekątna ekranu [cal]: min. 15.6 , • Procesor intel core i5 lub lepszy, • Dysk SSD: min. 240GB , • Powłoka matrycy: Matowa , • Łączność bezprzewodowa: min. WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 , • Porty; min. HDMI, USB 3.0 1 szt. USB 2.0 1 szt. • Napęd DVD, • Obsługa kart pamięci SD, SDHC, SDXC • Pamięć RAM min. 4 GB • Karta sieciowa , • Gniazdo słuchawka/mikrofon, • Rozdzielczość ekranu :min. 1366 x 768 (HD) • Windows 10 	TAK	
24.	Oprogramowanie analityczno pomiarowe w języku polskim producenta kolposkopu, pozwalające tworzyć raporty z możliwością robienia zdjęć i nagrywania sekwencji video, generowania raportów po zakończeniu protokołu "Kolposkopii", dodawania zdjęć do wcześniejszych raportów wybranej pacjentki. Przechowywanie zdjęć, filmów i raportów. Obróbka graficzna zdjęć. Możliwość przesyłania raportów na serwer Zamawiającego.	TAK	
25.	Możliwość zamontowania kolposkopu na uchwycie fotela ginekologicznego.	TAK	
26.	Instruktaż stanowiskowy z obsługi dostarczonego aparatu dla 3 osób z personelu Zamawiającego. Instruktaż stanowiskowy odbędzie się w 2 etapach (częściach), po min. 3 godziny każdy, w terminach ustalonych z Zamawiającym.	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)