



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2, tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02
Nr KRS: 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej
i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”*

WYJASNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na

„ Dostawę papierów rejestrujących i elektrod do EKG dla SPZOZ w Krotoszynie”

AS 01/08/18

Zamawiający na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia SIWZ;

Zapytania do formularza cenowego;

1. Pytanie:

Pakiet nr 1 – elektrody EKG. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny elektrod EKG w pakiecie nr 1 w pozycji 1 i 2 za opakowanie jednostkowe po 50 sztuk.

Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pytanie:

Pakiet nr 1 poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody o rozmiarze 30 x 44 mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Pytanie:

Pakiet nr 1, poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści podanie w w/w pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby Wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza

4. Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o długości 25 cm z jednoczesnym przeliczeniem na 160 rolek

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 13. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o długości 20 cm z jednoczesnym przeliczeniem na 90 rolek

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Pytanie:

Projekt umowy §1 ust.4. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy §1 ust. 4. Proponowany zapis umowy jest obejściem art.144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem , stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówieniu i Wykonawca składa ofertę, którą jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób Wykonawca, znając przedmiot zamówienia , tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość , może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od Wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia tj. ilość poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić zapis treści umowy w §1 ust.4., który otrzymuje brzmienie " Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia ilościowego i wartościowego między poszczególnymi pozycjami w ramach jednego pakietu oraz pomiędzy poszczególnymi pakietami, na które została podpisana umowa z danym Wykonawcą, do wartości nie większej niż całkowita wartość umowy, w przypadku wyczerpania ilości asortymentu z danego pakietu/ pozycji (wskazanego /wskazanej w formularzu cenowym).

7. Pytanie:

Projekt umowy §2 ust.2. Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu - informacja ta ma kluczowe znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

8. Pytanie:

Projekt umowy §6 ust. 2. Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić zapis w treści umowy § 6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie :

Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się:

- ustawową zmianę stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto , cena netto pozostanie bez zmian.

9. Pytanie:

Projekt umowy § 12 ust. 2,3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 10% wartości części przedmiotu umowy pozostałego do realizacji. Nie jest zasadne , żeby kara miała taką samą wysokość bez względu na etap jej realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

10. Pytanie:

Projekt umowy § 12 ust. 2,3. Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności , za które odpowiada Wykonawca oraz za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada zamawiający jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

11. Pytanie:

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez Wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na w/w pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

12. Pytanie:

Pakiet nr 1 pozycja 1. Czy zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 32 x 41 mm? Lub elektrodę o śr. 40mm? Lub elektrodę w rozmiarze 43 x 51 mm z żelazem ciekłym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

13. Pytanie:

Pakiet nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści elektrodę o śr. 50 mm z żelazem stałym lub elektrodę o śr. 55 mm z żelazem ciekłym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

**Z-CIA DYREKTORA SPZOZ
W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 25.04.2018r.