



WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Dostawę testów i odczynników dla laboratorium i bakteriologii dla SPZOZ Krotoszyn ”
DG/1/09/18

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia SIWZ.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 1-5 wymaga testów, w których na wynik nie wpływa pH w zakresie 5-9 oraz ciężar właściwy w zakresie 1,00-1,037 co przekłada się na eliminację otrzymania wyników fałszywie ujemnych w celowo zafałszowanych próbkach moczu ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Czy w pakiecie 13 w pozycji 2 oczekuje zaoferowanie testów do wykrywania antygenów wirusa grypy A i B , w których istnieje możliwość transportu próbek np. z oddziałów lub poradni oraz przechowywania w chłodziarce (w temp. 2-8°C) lub w temperaturze pokojowej (w temp. 15-30°C), do 8 godzin przed wykonaniem oznaczenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga testów, w których istnieje możliwość transportu próbek np. z oddziałów lub poradni oraz przechowywania w chłodziarce (w temp. 2-8°C) lub w temperaturze pokojowej (w temp. 15-30 C) do 8 godzin przed wykonaniem oznaczenia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy? (§ 13)

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? (§ 7 ust. 3)

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą



Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

należać: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych. (§ 13 ust. 2)

Odpowiedź: Zgodnie z § 4 – Projekt umowy

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? (§ 6 ust. 2)

Odpowiedź: Zgodnie z § 6 - Projekt umowy

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? (§ 6 ust. 2)

Odpowiedź: Zgodnie z § 6 - Projekt umowy

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 12 ust. 2)

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy?
Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. (§ 12 ust. 2)

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? (§ 12 ust. 2 pkt 1)

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? (Rozdział VI ust. 5a)

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie **poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie** tomu dla jego pozostałych stron? (Rozdział VI ust. 5a)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na potwierdzenie wiarygodności dokumentów klauzulą „poświadczenie za zgodność od strony.....do strony...”

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek, jeśli produkt był kupowany wcześniej? (Rozdział VI ust. 5a)

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie krążki miały identyczne warunki przechowywania? Niektóre substancje aktywne wykorzystywane w produkcji krążków antybiotykowych dłużej zachowują swoje właściwości, kiedy przechowywane są w temperaturze -20°C . (Dotyczy pakietu nr 6)

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu, aby wszystkie krążki miały identyczne warunki przechowywania.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że oferowane prążki muszą posiadać opinię KORLD? (Dotyczy pakietu nr 6)

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Paski na tym podłożu są przystosowane do automatycznych czytników pozwalających na elektroniczne odczytanie stref zahamowania wzrostu i archiwizację danych.(Dotyczy pakietu nr 6)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na podłożu celulozowym.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 58 odczynnika PYR w wielkości op na 50 ozn z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?(Dotyczy pakietu nr 6)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 58 odczynnika PYR w wielkości op. na 50 ozn. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.



Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej
i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca w zestawie 10 ml i jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań? (Dotyczy Pakietu nr 9)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wzorca w zestawie 10 ml i jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów w postaci krążków liofilizowanych pakowanych po 10 szt? (Dotyczy Pakietu nr 11)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szczepów w postaci krążków liofilizowanych

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1, 4, 27 i 28 podłoża w próbówce? (Dotyczy: Pakiet nr 2 – Podłoża)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. (Dotyczy pakietu nr 5)

Pytanie nr 21

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 podłoża w szklanej próbówce ? (Dotyczy pakiet nr 2 – Podłoża)

Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę. (Dotyczy pakietu nr 5)

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 bulionu w butelce o pojemności 30ml? (Dotyczy: Pakiet nr 2 – Podłoża)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. (Dotyczy pakietu nr 5)

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 podłoża w próbówce o pojemności 5ml? (Dotyczy: Pakiet nr 2 – Podłoża)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. (Dotyczy pakietu nr 5)

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 testu lateksowego do wykrywania *Streptococcus pneumoniae* z wyhodowanych kolonii lub posiewów krwi zawierającego w jednym opakowaniu 60 oznaczeń i tym samym 2 op. – 120 oznaczeń lub 3 op. – 180 oznaczeń. (Dotyczy pakietu nr7)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 testu lateksowego do wykrywania *Streptococcus pneumoniae* z wyhodowanych kolonii lub posiewów krwi zawierającego w 1 opakowaniu 60 oznaczeń, jednocześnie zwiększa ilość oznaczeń tej pozycji do 180 oznaczeń.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testu lateksowego do potwierdzenia identyfikacji prawdopodobnych kolonii *Staphylococcus aureus* z podłoży wzrostowych zawierającego w 1 opakowaniu 100 oznaczeń i tym samym 1 op. -100 oznaczeń lub 2 op.- 200 oznaczeń? (Dotyczy pakietu nr 7)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testu lateksowego do potwierdzenia identyfikacji prawdopodobnych kolonii *Staphylococcus aureus* z podłoży wzrostowych zawierającego w 1 opakowaniu 100 oznaczeń, jednocześnie zwiększa ilość oznaczeń tej pozycji do 200 oznaczeń.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 testu kasetkowego immunochromatograficznego w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń i tym samym 1 takie opakowanie? (Dotyczy pakietu nr 13)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testu paskowego immunochromatograficznego w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń i tym samym 1 takie opakowanie? (Dotyczy pakietu nr 13)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Czy w pozycji nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu konfekcjonowanego po 100 oznaczeń? (Dotyczy pakiet nr 7)

Odpowiedź; Tak, Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie zwiększa ilość do 200 oznaczeń.

Pytanie nr 29

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, w którym materiałem do badań jest wymaz z jamy nosowo-gardłowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycjach 1,2 dopuści bulion BHI o objętości 10 ml?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.



Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycjach 3 dopuści bulion BHI o objętości 100 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 pozycjach 3 dopuści bulion BHI o objętości 100 ml

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycjach 4 dopuści bulion SF o objętości 8 ml?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 25 dopuści butelki z podłożem o objętości 100 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 poz. 25 dopuści butelki z podłożem o objętości 100 ml

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 27 dopuści podłoże trichomedium o obj. 5 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 poz. 27 dopuści podłoże trichomedium o obj. 5 ml

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 28 dopuści podłoże TSB o obj. 10 ml?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 29 dopuści wodę peptonową z tryptofanem w konfekcji 24x5ml z odpowiednim przeliczeniem podanego zapotrzebowania?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz.36,37,41 dopuści paski zamiast krążków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Czy w pakiecie 6. poz. 90 Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch opakowań testów w przypadku zaoferowania testu który ma 48 ozn w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza op. a48 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem do 50 oznaczeń.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 2 test lateksowy konfekcjonowany po 100 ozn?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie zwiększa ilość oznaczeń do 200.

Pytanie nr 40

Czy w Pakiecie 12 poz. 2 Zamawiający dopuści test immunochromatograficzny o czułości analitycznej dla toksyny B - 0,78ng/mL (pozostałych czułościach jak wymienione) z dozowaniem próbki do trzech studzienek i z możliwością przechowywania próbki w lodówce (2-8°C) przez 24 godziny przed badaniem. Przy dłuższym przechowywaniu, próbki należy zamrozić w temperaturze -20°C?

Odpowiedź: Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Czy w Pakiecie 12 poz. 5 Zamawiający dopuści test immunoenzymatyczny do wykrywania cyst Giardia o czułości analitycznej 3,9ng/ml?

Odpowiedź: Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2, tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02
Nr KRS: 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej
i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści 10- parametrowe paski do analizy moczu z zabezpieczeniem przed wpływem kwasu skorbinowego na uzyskiwane wyniki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający dopuści 10- parametrowe paski do analizy moczu wraz półautomatycznym czytnikiem do ich odczytu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania ofert na dzień 24.05.2018 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 24.05.2018 r. o godz. 09:30.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA SPZOZ
W KROTOSZYNIE
ds. medycznych
lek. Mieczysław Pełko

Krotoszyn, dnia 17.05.2018 r.