

Nr sprawy: DG/9/12/24

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na Dostawę łóżek szpitalnych dla SPZOZ w Krotoszynie

Pytanie nr 1

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 1 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym szczyty blokowane są za pomocą zatrzasków (motylki)? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym szczyty blokowane są za pomocą zatrzasków (motylki).

Pytanie nr 2

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym szczyt od strony głowy nie porusza się wraz z leżem?

Odpowiedź: Zamawiający w pkt. 2 załącznika do ZO wymaga – „Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem”.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym barierki nie są zintegrowane z uchwytyami na worki? W oferowanym modelu łóżka uchwyty na worki urologiczne (4 szt) znajdują się na ramie leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym barierki nie są zintegrowane z uchwytyami na worki a w oferowanym modelu łóżka uchwyty na worki urologiczne (4 szt) znajdują się na ramie leża.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami wyposażonymi we wbudowany wskaźnik nachylenia oparcia pleców z zaznaczonym kątem 30 ° i 45 ° z indykatoem w postaci kulki? Wskaźnik nachylenia kąтового leża zintegrowany z poręczą, z indykatoem w postaci kulki, w zakresie 20 °?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami wyposażonymi we wbudowany wskaźnik nachylenia oparcia pleców z zaznaczonym kątem 30 ° i 45 ° z indykatoem w postaci kulki oraz wskaźnik nachylenia kąтового leża zintegrowany z poręczą, z indykatoem w postaci kulki, w zakresie 20 °.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 8 tabeli: Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu wyposażenia barierek w wbudowany podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym leże wypełnione jest 3 płytami HPL, przeziernymi dla promieni RTG, bez otworów wentylacyjnych oraz bez systemu odprowadzania płynów pod łóżko?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym leże wypełnione jest 3 płytami HPL, przeziernymi dla promieni RTG, bez otworów wentylacyjnych oraz bez systemu odprowadzania płynów pod łóżko.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez alarmu zablokowanych kół?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez 5go koła?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO

Pytanie nr 9

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem w poręczach- przyciski w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur. Regulacje anty i Trendelenburga dostępne tylko po zewnętrznej części barierki (dla personelu)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem w poręczach- przyciski w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur. Regulacje anty i Trendelenburga dostępne tylko po zewnętrznej części barierki (dla personelu).

Pytanie nr 10

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dodatkowego panelu służącego do regulacji wysokości, umieszczonego bezpośrednio przy uchwycie w barierce?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez sterownika nożnego?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO

Pytanie nr 12

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterownikiem nożnym do sterowania wysokości leża ,zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterownikiem nożnym do sterowania wysokości leża , zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 16 tabeli: Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu punktu nr 16?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 14

Załącznik nr 2 do ZO

Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w kablu zasilającym skręcanym, bez sygnalizacji włączenia do sieci?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 15**Załącznik nr 2 do ZO**

Punkt 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wbudowanym akumulatorem do zasilania podczas transportu bez wskaźnika stanu naładowania oraz bez wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.**Pytanie nr 16****Załącznik nr 2 do ZO**

Punkt 22 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną wysokości leża w zakresie 435-805 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną wysokości leża w zakresie 435-805 mm.**Pytanie nr 17****Załącznik nr 2 do ZO**

Punkt 23 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez funkcji automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.**Pytanie nr 18****Załącznik nr 2 do ZO**

Punkt 28 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga 15° sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga 15° sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.**Pytanie nr 19****Załącznik nr 2 do ZO**

Punkt 29 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną pozycji anty-Trendelenburga 15° sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną pozycji anty-Trendelenburga 15° sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.**Pytanie nr 20****Załącznik nr 2 do ZO**

Punkt 35 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez przycisku uruchamiającego dostępność funkcji ?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.**Pytanie nr 21****Załącznik nr 2 do ZO**


Punkt 36 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym brak możliwości odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania funkcji?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.**Pytanie nr 22****Załącznik nr 2 do ZO**

Punkt 37 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez przycisku bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO**Pytanie nr 23****Załącznik nr 2 do ZO**

Punkt 39 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z małymi tworzywowymi osłonami podstawy? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z małymi tworzywowymi osłonami podstawy.

Pytanie nr 24

Prosimy o wyrażenie zgody na realizację zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 25

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczytów łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem podczas transportu, odblokowywane za pomocą dwóch suwaków zlokalizowanych w dolnej części szczytu?

Pozostałe parametry w pkt. 1 zgodnie z opisanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie szczytów łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem podczas transportu, odblokowywane za pomocą dwóch suwaków zlokalizowanych w dolnej części szczytu.

Pytanie nr 26

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierek bocznych posiadających wyprofilowane miejsce na uchwyty na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierki bocznej?

Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak opisane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie barierki bocznej posiadającej wyprofilowane miejsce na uchwyty na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierki bocznej

Pytanie nr 27

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierki bocznej wyposażonej w wbudowane, zintegrowane wskaźniki kątowe z wykorzystaniem kulki z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30°, 60° dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 0° i 17°?

Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak opisane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie barierki bocznej wyposażonej w wbudowane, zintegrowane wskaźniki kątowe z wykorzystaniem kulki z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30°, 60° dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 0° i 17°

Pytanie nr 28

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierki bocznej wyposażonej w wbudowany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem kulki z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30° dla segmentu pleców, diodę LED informującą o najniższej pozycji leża oraz wizualne wskaźniki pozycji łóżka tzn. zielone światło informujące o tym, że łóżko znajduje się w najniższym położeniu (pozycja bezpieczna), czerwone światło informujące o tym, że łóżko nie znajduje się w najniższym położeniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie barierki bocznej wyposażonej w wbudowany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem kulki z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30° dla segmentu pleców, diodę LED informującą o najniższej pozycji leża oraz wizualne wskaźniki pozycji łóżka tzn. zielone światło informujące o tym, że łóżko znajduje się w najniższym

położeniu (pozycja bezpieczna), czerwone światło informujące o tym, że łóżko nie znajduje się w najniższym położeniu

Pytanie nr 29

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4-sekcyjne oraz nowoczesną konstrukcję posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka w celu zagwarantowania stabilności?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 30

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża wypełnionego w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia płytami HPL z systemem zabezpieczającym przed wypadnięciem, wyposażonymi w otwory wentylacyjne (bez systemu odprowadzania płynów pod łóżko); segment miednicy stały, stalowy, lakierowany proszkowo w celu zapewniania stabilności leża, posiadający otwory wentylacyjne; segment oparcia pleców przezierny dla promieni RTG?

Odpowiedź:

Pytanie nr 31

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czterech kół z centralnym systemem hamulcowym obsługiwanym dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 32

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie centralnego panelu sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowanego na szczycie od strony nóg, wyposażonego w 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz czytelne piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji?

Pozostałe parametry w pkt. 15 zgodnie z opisanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie centralnego panelu sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowanego na szczycie od strony nóg, wyposażonego w 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz czytelne piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji.

Pozostałe parametry w pkt. 15 zgodnie z opisanymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 33

Czy (w pkt. 15 i 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika nożnego do sterowania tylko wysokości leża zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem?

Pozostałe parametry w pkt. 15 zgodnie z opisanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 34

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierki bocznych wyposażonych w wbudowane sterowanie służące m.in. do regulacji wysokości (bez konieczności stosowania dodatkowego panelu umieszczonego bezpośrednio przy uchwycie w barierce)?

Pozostałe parametry w pkt. 15 zgodnie z opisanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 35

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego cały układ elektryczny łóżka o klasie szczelności IP66 (bez konieczności zabezpieczania paneli sterujących nożnych przed wnikaniem wody i pyłów gumowymi osłonami)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego cały układ elektryczny łóżka o klasie szczelności IP66 (bez konieczności zabezpieczania paneli sterujących nożnych przed wnikaniem wody i pyłów gumowymi osłonami).

Pytanie nr 36

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zasilania 100-220V, 50-60Hz bez sygnalizacji włączenia do sieci, kabel zasilający w przewodzie skręcanym, rozciągliwym? Sygnalizowanie stanu podłączenia do sieci nie jest konieczne, gdyż w przypadku niskiego naładowania akumulator poinformuje o konieczności podłączenia łóżka do sieci.

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 37

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wbudowanego akumulatora do zasilania podczas transportu z diodą LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora na panelu sterowniczym (bez wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii)?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 38

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej wysokości leża w zakresie 390 mm do 790 mm (+/- 10 mm) gwarantującej bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka?

Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do opisanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie regulacji elektrycznej wysokości leża w zakresie 390 mm do 790 mm (+/- 10 mm) gwarantującej bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka.

Pytanie nr 39

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej części nożnej w zakresie 44° (+/- 2°)?

Oferowany zakres jest lepszy niż opisany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie regulacji elektrycznej części nożnej w zakresie 44° (+/- 2°).

Pytanie nr 40

Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga 17° (+/- 2°) - sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do opisanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga 17° (+/- 2°) - sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.

Pytanie nr 41

Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej pozycji anty-Trendelenburga 17° (+/- 2°) - sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do opisanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej pozycji anty-Trendelenburga 17° (+/- 2°) - sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.

Pytanie nr 42

Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej funkcji antyszokowej z każdej pozycji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg; przycisk oznaczony innym, czytelnym piktogramem niż pozycja Trendelenburga?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrycznej funkcji antyszokowej z każdej pozycji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg; przycisk oznaczony innym, czytelnym piktogramem niż pozycja Trendelenburga.

Pytanie nr 43

Czy (w pkt. 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji tylko w barierkach – przycisk wyraźnie oznaczony?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji tylko w barierkach – przycisk wyraźnie oznaczony.

Pytanie nr 44

Czy (w pkt. 36) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego odłączenie wszelkich regulacji tylko w sterowaniu w barierkach bocznych po ok. 60 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego odłączenie wszelkich regulacji tylko w sterowaniu w barierkach bocznych po ok. 60 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji).

Pytanie nr 45

Czy (w pkt. 37) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez przycisku bezpieczeństwa ze względu na to, że przyciski START / STOP wydłużają czas niezbędny na uruchomienie wymaganej funkcji łóżka i mogą stworzyć potencjalne zagrożenie dla pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 46

Czy (w pkt. 38) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub podwieszenia pod nią centralnego panelu sterowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub podwieszenia pod nią centralnego panelu sterowania.

Pytanie nr 47

Czy (w pkt. 39) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego tworzywowe osłony podstawy tylko od strony głowy i nóg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego tworzywowe osłony podstawy tylko od strony głowy i nóg.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tworzywowych haczyków na worki urologiczne – 4 szt. po każdej stronie łóżka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tworzywowych haczyków na worki urologiczne – 4 szt. po każdej stronie łóżka.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody, pokrowiec odpinany min. 180°, zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów, wysokość materaca 140 mm, materac posiadający powierzchnię górną falistą w okolicy pleców, ud i podudzi dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, łączenie pokrowca zgrzewane?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody, pokrowiec odpinany min. 180°, zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów, wysokość materaca 140 mm, materac posiadający powierzchnię górną falistą w okolicy pleców, ud i podudzi dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, łączenie pokrowca zgrzewane.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokadą szczytów za pośrednictwem dwóch suwaków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z blokadą szczytów za pośrednictwem dwóch suwaków.

Pytanie nr 51.

Czy w związku z pkt. 2 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami poruszającymi się wraz z ramą leża?

Odpowiedź: Zgodnie ZO

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami poruszającymi się wraz z segmentem pleców oraz barierkami nie poruszającymi się wraz z segmentami nożnymi? Barrierki zabezpieczają pacjenta na całej długości łóżka to jest od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta oraz w pozycji siedzącej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z barierkami poruszającymi się wraz z segmentem pleców oraz barierkami nie poruszającymi się wraz z segmentami nożnymi.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający dopuści łóżko z tworzywowymi uchwytami na worki urologiczne znajdującymi się pod leżem, a nie stanowiącymi części barierki bocznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z tworzywowymi uchwytami na worki urologiczne znajdującymi się pod leżem, a nie stanowiącymi części barierki bocznej.

Pytanie nr 54.

Czy w związku z pkt. 7 i 8 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z wizualnym wskaźnikiem kątowym bez wykorzystania do tego cieczy oraz zmian kolorów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z wizualnym wskaźnikiem kątowym bez wykorzystania do tego cieczy oraz zmian kolorów.

Pytanie nr 55.

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze wskaźnikiem pochylenia leża, bez zaznaczenia kąta 16° i 20°?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO

Pytanie nr 56.

Czy w związku z pkt. 8 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko bez zmian kolorów podświetlenia dla trybu czuwania, trybu gotowości do użycia, najniższej pozycji leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko bez zmian kolorów podświetlenia dla trybu czuwania, trybu gotowości do użycia, najniższej pozycji leża.

Pytanie nr 57.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na pantografie?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 58.

Czy w związku z pkt. 10 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z metalowymi segmentami leża wypełnionymi panelami tworzywowymi - jeden panel na jeden segment leża?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 59.

Czy w związku z pkt. 15 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z przyciskiem aktywującym funkcje tylko te ratujące życie (CPR i antyszokowa) dostępnym tylko na panelu w barierkach bocznych od strony zewnętrznej oraz na panelu centralnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z przyciskiem aktywującym funkcje tylko te ratujące życie (CPR i antyszokowa) dostępnym tylko na panelu w barierkach bocznych od strony zewnętrznej oraz na panelu centralnym.

Pytanie nr 60.

Czy w związku z pkt. 15 opisu parametrów technicznych Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel centralny z wydzielonymi polami; intuicyjnego oraz prostego w użyciu, bez wykorzystania 3 różnych kolorów, proponowane rozwiązanie nie ma żadnego wpływu na jego funkcjonalność?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 61.

Czy w związku z pkt. 15 i 16 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem nożnym tylko dla regulacji wysokości leża?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 62.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez dodatkowego przycisku przy uchwycie barierki regulującego wysokość leża, który to przycisk jest parametrem zbędnym – przyciski do regulacji wysokości leża znajdują się w każdym z paneli sterowniczych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko bez dodatkowego przycisku przy uchwycie barierki regulującego wysokość leża.

Pytanie nr 63.

Czy w związku z pkt. 15 opisu parametrów technicznych Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem anty i Trendelburgiem, CPR, antyszokowej oraz krzesła kardiologicznego w panelu sterowniczym w barierce bocznej od strony zewnętrznej, który to panel nie jest dostępny dla pacjenta oraz z przyciskiem do sterowania krzesła kardiologicznego dostępnym na panelu wbudowanym w barierki boczne od strony wewnętrznej, dostępnym dla pacjenta, ale nie stanowiącym dla niego zagrożenia?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 64.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 65.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 180 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO i odpowiedziami.

Pytanie nr 66.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 997 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 997 mm.

Pytanie nr 67.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-820 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-820 mm

Pytanie nr 68.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez automatycznego zatrzymania się segmentu oparcia pleców po osiągnięciu 30 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO i odpowiedziami.

Pytanie nr 69.

Czy w związku z pkt. 27 opisu parametrów technicznych Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 4 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 70.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelburgiem 15,5° i anty-Trendelenburgiem 15,5°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z Trendelburgiem 15,5° i anty-Trendelenburgiem 15,5.

Pytanie nr 71.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z przyciskiem świadomego użycia tylko dla funkcji ratujących życie (CPR, antyszokowa)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z przyciskiem świadomego użycia tylko dla funkcji ratujących życie (CPR, antyszokowa).

Pytanie nr 72.

Czy w związku z pkt. 37 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku aktywacji i bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO i odpowiedziami.

Pytanie nr 73.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO i odpowiedziami.

Pytanie nr 74.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia (wszelkie okablowanie znajduje się w profilach konstrukcji łóżka)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia pod warunkiem że wszelkie okablowanie znajduje się w profilach konstrukcji łóżka.

Pytanie nr 75.

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany zapytania ofertowego stanowią integralną część zapytania ofertowego, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krótoszynie
Beata Maj