

Nr sprawy: DG/9/12/24

**WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO II**  
**na Dostawę łóżek szpitalnych dla SPZOZ w Krotoszynie**

**Pytanie nr 30**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża wypełnionego w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia płytami HPL z systemem zabezpieczającym przed wypadnięciem, wyposażonymi w otwory wentylacyjne (bez systemu odprowadzania płynów pod łóżko); segment miednicy stały, stalowy, lakierowany proszkowo w celu zapewniania stabilności leża, posiadający otwory wentylacyjne; segment oparcia pleców przezierny dla promieni RTG?

**Odpowiedź: Zgodnie z ZO i odpowiedziami.**

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany zapytania ofertowego stanowią integralną część zapytania ofertowego, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem

  
**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zogrowotnej w Krotoszynie  
*Beata Maj*