



Krotoszyn 19.07.2024 r

Nr sprawy: DG/9/14/24

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO III
na Dostawę mikroskopu i barwiarki do Pracowni Mikrobiologicznej i Pracowni Parazytologii dla
SPZOZ w Krotoszynie

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do Zadania nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania Aparatu w pełni zautomatyzowanego, wykonującego utrwalanie, barwienie metodą Grama oraz suszenie preparatów ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu , w którym oprogramowanie umożliwia dostosowanie ilości zużywanych odczynników do ilości preparatów, ich grubości i rodzaju ? Daje to znaczne oszczędności w zużyciu odczynników , oraz poprawia jakość i prawidłowość barwienia .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu z funkcją cytowania ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pytania do Umowy:

§ 6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „ Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę w terminie 4 dni roboczych od ich zgłoszenia. Koszty uzasadnionej reklamacji obciążają Wykonawcę.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

§ 6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, chyba, że inny termin będzie wynikał ze zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa we wskazanym terminie, Wykonawca dostarczy sprzęt o nie gorszych parametrach, do użytkowania przez okres trwania naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

§ 7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku zwłoki, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1,5% wartości zareklamowanego towaru, jednak nie mniej niż 100,00 zł, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku dostarczenia łożka zamiennego na okres naprawy, zgodnie z §6 ust. 4 umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Otwarcie na zmiany, szanując tradycje, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów" - Nasza misja

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
ul. Młyńska 2
63-700 Krotoszyn
tel. +48 (62) 588 04 01

NIP: 6211536551
Regon: 000310226
KRS: 0000002750
www.spzoz.krotoszyn.pl
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

W przypadku zwłoki, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% wartości zareklamowanego towaru, jednak nie mniej niż 150,00 zł, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku dostarczenia sprzętu zamiennego na okres naprawy, zgodnie z §6 ust. 4 umowy.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany zapytania ofertowego stanowią integralną część zapytania ofertowego, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 24.07.2024 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 24.07.2024 r. o godz. 09:30.

Z poważaniem


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krótoszynie
Beata Maj