



WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

**„Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego – akcesoria do anestezjologii
dla SPZOZ Krotoszyn „
DG1/15/18**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia SIWZ.

Zapytania do Formularza Cenowego:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 zestawów do cewnikowania żył centralnych metoda Selinger – poz. 1: II światłowe 7Fr/18,14Ga/15 cm; poz. 2: III światłowe 7Fr/18,18,16Ga/15 cm; poz. 3: IV światłowe 8,5Fr/18,14,18,16Ga/15 cm w zestawach z igłą punkcyjną 18 Ga/7 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 5 poz. 6 igły typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajeczynówkowych 25 G x 130 mm z 38 mm prowadnicą; poz.8 22 G, długość 90 mm z 38 mm prowadnicą.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Pakiet nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 igły typu Pencil Point o wymiarze 24G x 90 mm z prowadnicą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4:

Pakiet nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5:

Pakiet nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 igły Pencil Point o wymiarze 22G x 90 mm z prowadnicą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6:

Pakiet nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 9 igły typu Pencil Point o wymiarze 25G x 90 mm z prowadnicą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7:

Pakiet nr 1, poz. 1-3,6: Czy Zamawiający wymaga, aby rurki były silikonowane?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:

Pakiet nr 1, poz. 7-18: Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były sterylne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 9:

Pakiet nr 4: Czy Zamawiający w pozycji 2 w związku ze zmianą u producenta dopuści zestaw wyskalowany do objętości 2100 ml, podwójnie opakowany z drenem zabezpieczonym przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie w rezonansie magnetycznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Pakiet nr 4: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycję nr 6 i 12 z pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11:

Pakiet 1 poz.7-15: Czy zamawiający oczekuje żeby produkty były pozbawione szkodliwych dla zdrowia ftalanów które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12:

Pakiet 1 poz.7,8: Czy zamawiający dopuści produkt równoważny, maskę tlenową z odłączanym drenem o długości 2 m w dwóch uniwersalnych rozmiarach-dla dorosłych i pediatrycznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13:

Pakiet 1 poz.9,10: Czy zamawiający dopuści produkt równoważny, maskę do inhalacji z nebulizatorem i drenem o długości 2 m w dwóch uniwersalnych rozmiarach-dla dorosłych i pediatrycznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14:

Pakiet 1 poz.11,12: Czy zamawiający dopuści produkt równoważny, maskę tlenową z rezerwuarem i odłączanym drenem o długości 2 m w dwóch uniwersalnych rozmiarach-dla dorosłych i pediatrycznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15:

Pakiet 1 poz.13: Czy zamawiający dopuści produkt równoważny, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym, długości 2 m, czysty mikrobiologicznie?



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16:

Pakiet 1 poz.14,15 : Czy zamawiający dopuści równoważne wąsy tlenowe o miękkich końcówkach, z drenem 200 cm, czyste mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17:

Pakiet 1 poz.7-15 : Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co zapewni zwiększenie konkurencyjności a uwzględniając ilości pozwoli uzyskać Zamawiającemu korzystniejszą ofertę cenową.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18:

Pakiet 3 poz.3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylne, o następujących parametrach: poziom nawilżania 37mg H₂O przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, opór przepływu przy 60l/min-2,14 cm H₂O, przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock z koreczkiem mocowanym na stałe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Pakiet 3 poz.4 : Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy, elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 150-1500ml, posiadający wysoką skuteczność przeciwbakteryjną 99,9999% i p/wirusowa min 99,999%, waga 19g, przestrzeń martwa 33 ml, niskie opory przepływu max 0,4 cmH₂O przy 30l/min, złącza 22M/15F - 22F/15M z portem do kapnografii zabezpieczonym koreczkiem mocowanym na stałe pakowany pojedynczo, sterylne?

Pragniemy zaznaczyć, iż proponujemy filtry o szerszym zakresie objętości oddechowej i wymagany przez Zamawiającego zakres mieści się w proponowanym przez nas.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20:

Pakiet 3 poz.5: Czy zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci z higroskopowym wkładem celulozowym dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową o skuteczności nawilżania 28,5mg/l H₂O przy Vt=500ml, waga 8,4 g, przestrzeń martwa 15 ml z centralnie umieszczonym portem do odsysania z zatyczką, bocznym uniwersalnym portem tlenowym, stożkowym złączem 15 mmF, zapobiegającym spadaniu z rurki tracheostomii, sterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21:

Pakiet 3 poz.1-5: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co zapewni zwiększenie konkurencyjności a uwzględniając ilości pozwoli uzyskać Zamawiającemu korzystniejszą ofertę cenową.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Pytanie nr 22:

Pakiet nr 1, poz. 3: czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały prowadnicę oryginalnie umieszczoną w środku rurki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23:

Pakiet nr 1 ; Poz. 7,11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej o uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych, wolna od DEHP - potwierdzenie symbolem na etykiecie op. jednostkowego, dł. drenu 2,10

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24:

Pakiet nr 1 ; Poz. 8,12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej o uniwersalnym rozmiarze dla dzieci, wolna od DEHP - potwierdzenie symbolem na etykiecie op. jednostkowego, dł. drenu 2,10.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25:

Pakiet nr 1 ; Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nebulizatora o budowie umożliwiającej przeprowadzenie podaży leku w tempie ok. 3,3 min. (+/- 0,1 min.) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu, dzięki dodatkowemu otworowi w nakrętce nebulizatora?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26:

Pakiet nr 1 ; Poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wążów tlenowych biologicznie czystych, dł. drenu 210cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27:

Pakiet nr 1 ; Poz. 15

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wążów tlenowych biologicznie czystych, dł. drenu 210cm,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28:

Pakiet nr 1 Poz. 15

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszcza zaoferowanie cewników do podawania tlenu dla dzieci zawierających DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Pakiet nr 3; Poz.3

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, o skuteczności przeciwbakteryjnej $\geq 99,999\%$, p/wirusowej $\geq 99,999\%$, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus,

Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

Pakiet nr 3; Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31:

Pakiet nr 3 ; Poz. 6

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniającą wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni potwierdzony w instrukcji użycia produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32:

Pakiet nr 3 ; Poz. 6

2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33:

Pakiet nr 3 ; Poz. 7

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34:

Pakiet nr 3 ; Poz. 7

2/ Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 1 ml , wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35:

Pakiet nr 3 ; Poz. 8

1/Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36:

Pakiet 1, pozycja 6; Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne dostępne w rozmiarach 5,0 – 10,0 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37:

Pakiet 1, pozycja 16; Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarze CH6 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38:

Dotyczy pakietu nr 3, poz. 1; Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 39:

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H₂O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowy, z portem kapno na linie, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 40:

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 23g i przestrzeni martwej 32 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41:

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5; Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H₂O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 42:

Dotyczy pakietu nr3 poz. 7-8; Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu , co umożliwi złożenie więcej niż jedną ofertę przetargową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43:

Czy zamawiający w pakiecie nr 5, poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły Quinke - Yale STANDARD 20G, 0,9 x 90 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły zgodnej z SIWZ, prowadnica 35 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, poz.5 wyrazi zgodę na zaoferowanie Igły Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 24 G x 90 mm z przypisaną do tej igły prowadnicą lub 25 G x 103 z prowadnicą 35mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 25 G x 120 mm z przypisaną do tej igły prowadnicą lub 25 G x 156 mm z przypisaną do tej igły prowadnicą oddzielnie ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47:

Czy zamawiający w Pakiecie nr 5, poz. 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 22 G, długość 90 mm z przypisaną do tej igły prowadnicą lub G22 x 120 Quinke - Yale STANDARD bez prowadnicy ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2, tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02
Nr KRS: 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej
i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

Pytanie nr 48:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie Igła zgodnie z SIWZ , ale z przypisaną do tej igły prowadnicą lub G26 x 103 z prowadnicą 35mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
mgr inż. Krzysztof Kurowski

Krotoszyn, dnia 03.07. 2018 r.