



WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

**„Dostawa odczynników i testów do badań immunoenzymatycznych wraz z
dzierzawą sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wykonania badania
dla SPZOZ w Krotoszynie „**

DG/1/20/18

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia SIWZ.

Zapytania do Formularza Cenowego:

1 Pytanie:

Pytanie 1, dotyczy Projektu Umowy (załącznik nr 4)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie/doprecyzowanie zapisu w &6 pkt.1 Projektu Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis umowy na następujący:

1. Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące, liczone od instalacji całego sprzętu łącznie z dostawą pierwszej partii odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych niezbędnych do instalacji, uruchomienia pracy sprzętu oraz oprogramowania do wykonania badań, potwierdzonych protokołem instalacji.

2 Pytanie:

Pytania do Załącznika nr 2 (formularz cenowy):

Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu następujących pozycji:

Alergiczny profil I

Alergiczny profil II

Alergiczny profil III

Alergiczny profil IV

Alergiczny profil V

Alergiczny panel VI

Ograniczenie liczby potencjalnych Wykonawców do zaledwie jednego, który spełnia wymagania zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, bezsprzecznie uniemożliwi uzyskanie konkurencyjnych cenowo ofert.



Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej
i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

3 Pytanie:

Pytania do Załącznika nr 2.1 (Alergeny wymagane do poszczególnych profili):

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ilościowych testów umożliwiających pomiar stężenia przeciwciał w surowicy krwi pacjenta wobec następujących alergenów (dla każdego alergenu indywidualny ilościowy wynik):

Profil I:

Pyłek cyprysu
Pyłek leszczyny
Pyłek jesionu
Pyłek dębu
Pyłek oliwki
Pyłek brzozy
Pyłek żyta
Pyłek owsa
Pyłek wiechliny łąkowej
Pyłek tymotki łąkowej
Pyłek pszenicy
Pyłek kupkowki
Pyłek cynodonu palczastego
Pyłek babki lancetowatej
Pyłek komosy
Pyłek parietarii
Pyłek ambrozji
Pyłek bylicy
Naskorek kota
Naskorek psa
Naskorek konia
Alternaria alternata
Aspergillus fumigatus
Candida albicans
Blomia tropicalis
D. pteronyssinus
D. farinae
Lateks
Karałuch
CCD

Profil II:

Pyłek brzozy brodawkowej
Pyłek olszyny szarej



Misja zakładu:

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej
i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”*

Pyłek leszczyny
Pyłek dębu
Tymotka łąkowa
Pyłek żyta
Pyłek bylicy
Pyłek babki lancetowatej
D. pteronyssinus
D. farinae
Naskorek psa
Naskorek kota
Naskorek konia
Naskorek świnki morskiej
Naskorek chomika
Naskorek krolika
Aspergillus fumigatus
Cladosporium herbarum
Penicillium notatum
Alternaria alternata

Profil III:

Mleko krowie
Kazeina
Białko jaja kurzego
Żółtko jaja kurzego
Dorsz
Orzech ziemny
Kakao
Soja
Jabłko
Marchew
Pomidor
Mąka - mix(1)
Kurczak
Owoce cytrusowe - mix(2)
Ryż
6 traw - mix(3)
Żyto
Naskorek psa
Naskorek kota
Cladosporium herbarum
Alternaria alternata
Aspergillus fumigatus
D. pteronyssinus
D. farinae
Pyłek leszczyny
Pyłek brzozy
Pyłek bylicy
CCD

Profil IV:



Misja zakładu:

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej
i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”*

Orzech laskowy
Orzech ziemny
Orzech włoski
Migdał
Mleko krowie
Białko jaja kurzego
Żółtko jaja kurzego
Kazeina
Ziemniak
Seler
Marchew
Pomidor
Dorsz
Krewetka
Brzoskwinia
Jabłko
Soja
Mąka pszenna
Sezam
Mąka żytnia

Profil V:

Orzech ziemny
Mleko krowie
Białko jaja kurzego
Żółtko jaja kurzego
Ziemniak
Marchew
Dorsz
Jabłko
Soja
Mąka pszenna
Pyłek brzozy brodawkowej
Tymotka łąkowa
Pyłek bylicy
D. pteronyssinus
D. farinae
Naskorek psa
Naskorek kota
Naskorek konia
Aspergillus fumigatus
Cladosporium herbarum

Profil VI:

Mleko krowie
Alfa laktoalbumina
Beta laktoglobulina
Kazeina
(BSA) Surowicza album. woł.
Gluten



Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej
i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

4 Pytanie:

Pytania do Załącznika nr 6 (parametry graniczne i oceniane):

Czy zamawiający wyraża zgodę na odstępnie od wymogu: „Weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą CCD na każdym pasku testowym w każdym profilu”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

5 Pytanie:

Dotyczy : Pakietu nr 1 / załącznik nr 2)

pozycja nr 9 - Alergiczny profil II (wziewny II)

pozycja nr 13 - Alergiczny panel VI (gluten/mąka/mięsa)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w pozycji 9 oraz pozycji 13 testów półilościowych, których wynik podawany jest w standardowej skali sześciu klas (EAST)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
mgr inż. Krzysztof Kurowski

Krotoszyn, dnia 01.08.2018 r.