

## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na**

**Dostawę wyrobów medycznych dla pracowni leków cytostatycznych  
dla SPZOZ w Krotoszynie**

**Nr sprawy: AS/1/02/19**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia SIWZ.

### **I. Zapytania do Formularza Cenowego:**

#### **1. Pytanie:**

##### **Pakiet Nr 1 poz. 9-13:**

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakim przepływem ma cechować się adapter zamknięty zespolony ?

**Odpowiedź:** Dla pozycji 10 przepływ min. 150 ml/min. Dla pozycji 9,11,12,13 zgodnie z SIWZ.

#### **2. Pytanie:**

**Pakiet 2, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści maskę ochronną filtrującą z odkrytym zaworem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **3. Pytanie:**

**Pakiet 2, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści aby maska ochronna filtrująca wyłącznie spełniała normę EN 149:2001+A1:2009

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **4. Pytanie:**

##### **Pakiet 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Maska ochronna do stosowania podczas zabiegów wysokiego ryzyka, z filtrem chirurgicznym nie posiadająca zaworu wydechowego. Najnowsza wysoka technologia maski pozwala bez zastosowania zaworów zachować najwyższy poziom filtracji oraz około 3 krotnie mniejsze opory oddechowe wdech-wydech, klasa ochrony FFP3 wg EN 149 oraz klasa ochrony wg EN 14683:2005 typ IIR (certyfikat zgodności z Normą EN149:2001+A1:2009 dla masek chirurgicznych jako maski typu IIR), przeznaczona jest do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami, a także chroniąca pacjenta podczas zabiegu operacyjnego.

Pozostałe cechy wymagane:

- dwupanelowa budowa maski gwarantująca dobre przyleganie, możliwość noszenia okularów i gogli, swobodne poruszanie żuchwą, możliwość złożenia jeśli nie jest używana
- filtr wykonany z polipropylenu zapewniający bardzo wysoką efektywność filtracji, a jednocześnie miękki i delikatny dla skóry
- mocowanie do głowy za pomocą gumek wykonanych z termoplastycznego materiału nie powodującego ucisku na głowę ( gumki białe)
- fizjologicznie ukształtowane wygięcie na nos umożliwiające lepsze dopasowanie do każdej twarzy i dla osób noszących okulary.

Maska ochronna powinna zapewniać bezpieczeństwo pracy i ochronę użytkownika przez minimum 8 h lub do chwili jej zdjęcia. Na masce nadrukowany nr katalogowy, wymagane klasy, data ważności, miejsce produkcji. Produkt niesterylny, pakowany w higieniczne indywidualne opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **5. Pytanie:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 14 do osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**6. Pytanie:**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 pozycji 1 do osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zapytania do SIWZ i projektu umowy:**

**7. Pytanie:**

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis par.8.2 projektu umowy na następujący:

W razie stwierdzenia wad dostarczonego towaru Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy stosowną reklamację (także e-mailem). Wykonawca winien udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego odpowiedzi w tym terminie reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Towar wolny od wad Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną lub od dnia upływu terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację (w przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na złożoną reklamację)

**8. Pytanie:**

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 2:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości umownej **brutto niezrealizowanej części** przedmiotu umowy,


- w wysokości 0,1% wartości umownej **brutto** towaru nie dostarczonego w terminie z winy Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie.**

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ  
W KROTOSZYNIE  
ds. techniczno-inwestycyjnych  
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 23.01.2019 r.