



Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę zespołów ortopedycznych - różnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,,

Nr sprawy: DG/1/08/19

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

1 Pytanie:

Poz. 80 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ śródszpikowych krętarzowych w zakresie średnic **10÷12mm** zamiast 9÷15mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 103 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania płytek ustalających DSB/DSK w wersji z ograniczonym kontaktem na rzecz oferowania tylko płytek DSB i DSK klasycznych? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje. od wymogu oferowania płytek ustalających DSB/DSK w wersji z ograniczonym kontaktem na rzecz oferowania tylko płytek DSB i DSK klasycznych. Pozostałe parametry bez zmian.

Poz. 134- Czy Zamawiający dopuści wkręty łódkowate samogwintujące z niepełnym gwintem Ø3,5mm w zakresie długości L-20-60mm zamiast 20-70mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

2 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 109 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3 Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach:

Endoproteza głowy kości promieniowej

- cementowa
- modułarna składana z dwóch części : głowy i trzpienia
- głowa w trzech średnicach 20,22,24 mm i pięciu wysokościach 10,12,14,16,18
- trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej protezy
- obie części głowa i trzpień połączone śrubą
- anatomiczny zakres ruchu
- modułowa konstrukcja implantu musi umożliwić w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia, a następnie głowy endoprotezy w odpowiednim wymiarze
- głowa wykonana z CoCrMo lub stop tytanu
- trzpień w dwóch rozmiarach wykonany ze stopu tytanu
- sterylna
- pakowana pojedynczo
- opakowanie jednostkowe : papier – folia, opakowanie – folia zabezpieczające przed utratą jałowości
- w opakowaniu do sześciu samoprzylepnych naklejek transferowych, umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę wyrobu, nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

4 Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę tylko dla poz. 109.

Zapytania do Projektu Umowy:

5 Pytanie:

§2 ust. 1 – Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż bank dotyczy tylko nw. asortymentu: płyt blokowanych wraz z wkrętami do nich dedykowanymi, gwoździ wraz z elementami blokującymi oraz zestawów DSB/DSK, nie dotyczy zaś wyrobów tzw. drobnych, tj. wkrętów, podkładek, drutów Kirschnera, do wiązania odłamów, płytek zwykłych; oraz endoprotezy głowy kości promieniowej i filtrów – poz. 105, 109-140, które będą zrealizowane na podstawie bieżących zamówień składanych sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego? Implanty drobne z uwagi na ich gabaryty zwyczajowo nie są przewidziane do banku z uwagi na trudności z ich rozliczaniem po przeprowadzonym zabiegu. Rozliczenie bowiem banku polega na dokładnym podaniu nr katalogowego oraz serii zużytych w czasie zabiegu implantów, to zaś w warunkach sali operacyjnej jest nielatte do zrealizowania.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §2 ust. 1 poprzez dodanie zdania drugiego: Bank dotyczy tylko nw. asortymentu: płyt blokowanych wraz z wkrętami do nich dedykowanymi, gwoździ wraz z elementami blokującymi oraz zestawów DSB/DSK, nie dotyczy zaś wyrobów tzw. drobnych, tj. wkrętów, podkładek, drutów Kirschnera, do wiązania odłamów, płytek zwykłych; oraz endoprotezy głowy kości promieniowej i filtrów – poz. 105, 109-140, które będą zrealizowane na podstawie bieżących zamówień składanych sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego

6 Pytanie:

§2 – Czy Zamawiający mógłby doprecyzować w zapisach umowy, iż bank implantów jest własnością Wykonawcy do momentu wykorzystania przez Zamawiającego w procesie leczniczym (zaimplantowania). Potwierdzeniem wykorzystania wyrobu z banku implantów jest protokół zużycia (karta wszczepu) w oparciu, o który zostanie wystawiona faktura VAT?

Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony i zaimplantowany towar.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia §2 dodając zapis: Bank implantów jest własnością Wykonawcy do momentu wykorzystania przez Zamawiającego w procesie leczniczym (zaimplantowania). Potwierdzeniem wykorzystania wyrobu z banku implantów jest protokół zużycia (karta wszczepu) w oparciu o który zostanie wystawiona faktura VAT.

7 Pytanie:

Czy Zamawiający dookreśli w §15 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: : Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. Zapis nie wymaga doprecyzowania i jest wyrazem realizacji polskiego ustawodawcy wskazanego w art. 187 § 1 pkt 3 KPC.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ
W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 19.02.2019r.