



Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę staplerów do stosowania w obrębie całego przewodu pokarmowego i wykonania zespolenia dla SPZOZ w Krotoszynie,,

Nr sprawy: DG/1/09/19

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

1 Pytanie:

Poz. 1.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów okrężnych zagiętych, w rozmiarze 26mm, z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0-2,5mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2 Pytanie:

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów okrężnych zagiętych w rozmiarze 29 i 32mm, długość standardowa.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3 Pytanie:

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami w rozmiarze 3,85mm i 4,5mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

4 Pytanie:

Poz. 7

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów i ładunków w rozmiarach 30mm i 40mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

5 Pytanie:

Czy Zamawiający w **Zadaniu 1 w pozycji 1 i 2**, dopuści stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szafu 45 cm, w rozmiarach: 25 mm, 29 mm, lub 32 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6 Pytanie:

Czy Zamawiający w **pozycji 3**, dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8krotnego użycia. Długość linii cięcia 55 mm, Długość linii szwu 57 mm, wysokość zszywki 3,85 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7 Pytanie:

Czy Zamawiający w **pozycji 4**, dopuści ładunek do staplera jednoazowego liniowego zamykająco-tnącego. Długość linii cięcia 55 mm, Długość linii szwu 57 mm, wysokość zszywki 3,85 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

8 Pytanie:

Czy Zamawiający w pozycji 5, dopuści Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8krotnego użycia. Długość linii cięcia 75 mm, Długość linii szwu 77 mm, wysokość zszywki 3,85 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 76.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

9 Pytanie:

Czy Zamawiający w pozycji 6, dopuści Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco – tnącego - Długość linii cięcia 75 mm, Długość linii szwu 77 mm, wysokość zszywki 3,85 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 76.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

10 Pytanie:

Czy Zamawiający w pozycji 6, dopuści jednorazowy stapler liniowy z wymiennymi ładunkami aplikujący podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 47 mm, wysokość zszywki 3,5 lub 4,8 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 15.,

lub jednorazowy stapler liniowy z wymiennymi ładunkami aplikujący podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 62 mm, wysokość zszywki 3,5 lub 4,8 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 21.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ
W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 21.02.2019r.