

Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY

Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy.

Lp.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F	Nazwa handlowa	Producent
			A	B	C	D	E	F	G	H
1	Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy w krwi poza organizmem człowieka przeznaczonych do aparatów : - automatycznie uruchamianych po włożeniu paska testowego do aparatu, - zgodnych z normą ISO 15197: 2015 roku, - z odpowiednio dużymi i podświetlanymi wyświetlaczami wyników, - bez kalibracji każdego opakowania/ bez paska testowego/, kodowanie automatyczne, z nanoszeniem krwi na pasek testowy bez kontaktu z urządzeniem pomiarowym, wielkością kropli od 0,5 do 0,6mcl oraz kapilarą zasysającą krew na szczycie paska pomiarowego, 1- z czasem odczytu nie dłuższym niż 5 sekund.	op. a 50szt.	1200		0,00		0,00	0,00		
RAZEM					0,00		0,00	0,00		

UWAGA !!!

1. Zamawiający wymaga dostarczenia - nieodpłatnie - kompatybilnych aparatów odczytujących paski testowe w ilości 60 sztuk.

Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.