

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

**Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego akcesoria do anestezjologii
dla SPZOZ w Krotoszynie**

Nr sprawy: DG/1/24/19

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do Formularz cenowego:

1 Pytanie:

Pakiet 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 7F (18/14G), długość 16cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzającą typu Y 18G 6,5cm, nitinolowy przewód prosty z jednej strony, typu J z drugiej strony 0,035"x 50cm umieszczony w pochewce w kształcie koła, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

2 Pytanie:

Pakiet 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 7F (16/18/18G), długość 16cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzającą typu Y 18G 6,5cm, nitinolowy przewód prosty z jednej strony, typu J z drugiej strony 0,035"x 50cm umieszczony w pochewce w kształcie koła, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

3 Pytanie:

Pakiet 2

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści cewnik do naczyń centralnych czteroświatłowy 8,5F (14/18/14/18G), długość 16cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzającą typu Y 18G 6,5cm, nitinolowy przewód prosty z jednej strony, typu J z drugiej strony 0,035"x 50cm umieszczony w pochewce w kształcie koła, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 9Fr, cztery korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

4 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarze CH 6 x 40cm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

5 Pytanie:**Pakiet 1, poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długości 50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6 Pytanie:**Dotyczy pakietu 3 poz 1:**

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7 Pytanie:**Dotyczy pakietu 3 poz 3:**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 150-1500ml, posiadający skuteczność przeciwbakteryjną 99,9999% i wirusową 99,999%, waga 35,6g, przestrzeń martwa 55mm, wydajność nawilżania 37mgH₂O/l przy Vt500ml, niskie opory przepływu: 0,82cmH₂O przy 30l/min, z portem do kapnografii, pakowany pojedynczo, sterylny ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

8 Pytanie:**Dotyczy pakietu 3 poz 4**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o następujących parametrach:

Filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 150-1500ml, posiadający skuteczność przeciwbakteryjną 99,9999% i p/wirusowa 99,999%, waga 19-21g, przestrzeń martwa 33mm, niskie opory przepływu: 0,5 cmH₂O przy 30l/min, z portem do kapnografii, pakowany pojedynczo, sterylny?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

9 Pytanie:**Dotyczy pakietu 3 poz 6:**

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 150cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10 Pytanie:**Dotyczy pakietu 3 poz 6:**

Czy Zamawiający dopuści obwód bez odłączalnego trójnika Y z rurami o długości 180cm oraz odłączalnym kolankiem z portem kapno?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

11 Pytanie:**Dotyczy pakietu nr 3**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 3 pozycje nr 7 i 8? Wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców a tym samym zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

12 Pytanie:

1. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 1 poz. 7-15 i utworzy z nich odrębny Pakiet co zwiększy konkurencyjność i umożliwi uzyskanie korzystniejszych cen?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13 Pytanie:

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 poz. 7 maski dla dorosłych w rozmiarze L?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

14 Pytanie:

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 poz. 8 maski dla dzieci w rozmiarze M odpowiadające rozmiarowi dziecięcemu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

15 Pytanie:
Dotyczy Pakietu nr 4

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 w związku ze zmianą u producenta dopuści zestaw wyskalowany do objętości 2100 ml, podwójnie opakowany z drenem zabezpieczonym przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie w rezonansie magnetycznym?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

16 Pytanie:
Dotyczy Pakietu nr 4

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 6 z pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

17 Pytanie:
Dotyczy Pakietu nr 4

3. Czy Zamawiający z powodu zakończenia produkcji zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 12 z pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ
W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 26.06.2019 r.